



Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET nr 14

HYDRAULICZNY WÓZEK PODNOŚNIKOWY DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK Z TACĄ – 1 sztuka

L.p.	Parametry	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane	Zakres punktacji
I	II	III	IV	V
I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa urządzenia	Tak – podać		Bez punktacji
2.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
3.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
4.	Rok produkcji 2018. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
5.	Stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej.	Tak		Bez punktacji
6.	Hydrauliczna regulacja wysokości wózka. Płynna zmiana wysokości za pomocą dźwigni nożnej.	Tak		Bez punktacji
7.	Górna rama wyposażona w system rolek umożliwiający załadunek tac lub trumien, dodatkowo system haków zabezpieczających tacę	Tak		Bez punktacji
8.	Dwa odboje w przedniej części wózka oraz dwa stałe uchwyty w części bocznej.	Tak		Bez punktacji
9.	Wózek z 4 kołami jezdnyymi o średnicy 200 mm, bieżnia z niebrudzącej elastycznej gumy.	Tak		Bez punktacji
10.	Koła obrotowe, wszystkie z hamulcem.	Tak		Bez punktacji
11.	Uchwyt regulowany na wysokości, łatwy w demontażu.	Tak		Bez punktacji
12.	Dodatkowe wyposażenie: - taca na zwłoki	Tak		Bez punktacji
13.	Wymiary: dł. 2430 mm x szer. 870 mm x wys. 350 mm	Tak – podać		Bez punktacji
14.	Podnoszenie hydrauliczne max. 1900 mm	Tak – podać		Bez punktacji
15.	Maksymalne obciążenie 250 kg	Tak – podać		Bez punktacji
II. WARUNKI SERWISU				
16.	Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych.	Tak		Bez punktacji



III. WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*				
17.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 36 miesięcy	Tak - podać		Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaofferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaofferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaofferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA: Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt):

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 72 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji .

_____ dnia _____ r.

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)