



Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET nr 4

WÓZKI OPATRUNKOWE – 3 sztuki

L.p.	Parametry	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane	Zakres punktacji
I	II	III	IV	V
I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa urządzenia	Tak – podać		Bez punktacji
2.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
3.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
4.	Rok produkcji 2017/2018. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
II. PARAMETRY OGÓLNE				
5.	Wózek opatrunkowy 5 szufladowy	Tak		Bez punktacji
6.	Błat główny ze stali nierdzewnej	Tak		Bez punktacji
7.	Wyposażenie: - dodatkowy roboczy wysuwany blat boczny, - trzy szuflady z konfigurowalną podziałką wewnątrz, - dwa plastikowe kosze na odpady, - kosz metalowy na akcesoria (np. pojemnik na igły), - centralny zamek.	Tak		Bez punktacji
8.	Wymiary: - Szerokość: 650mm, - Głębokość 475mm, - Wysokość: 970mm.	Tak – podać		Bez punktacji
9.	Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych. Trzy chromowane uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Pogłębienie blatu zapobiega zlewaniu się płynów. - Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, - Uchwyty szuflad wykonane z ABS, - Trzy szuflady wyposażone w wyciągane, konfigurowalne podziałki służące odpowiedniej segregacji zawartości, - Max nośność szuflady: 50kg,	Tak		Bez punktacji



	- Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego, - Fronty szuflad lakierowane proszkowo, - Ściana tylna i boczne: wykonane z lekkiego kompozytu aluminium co pozwoliło obniżyć masę wózka, - Całkowita ładowność wózka: 200kg. - Wysokość szuflad (od dołu): 21cm, 11cm, 11cm, 11cm, - Odporność na korozję i dezynfekcję, - Centralny zamek od frontu wózka zamykający wszystkie szuflady, - Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy $\Phi 100\text{mm}$) 2 kółka z blokadą jazdy.			
10.	Wyposażenie standardowe: - dwa kosze plastikowe z prawej strony wózka, - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - druciany kosz na akcesoria medyczne z boku wózka	Tak		Bez punktacji
III. WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*				
11.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy	Tak – podać		Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „szywanej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA: Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt):

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin w dni robocze.

Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji.

_____ dnia _____ r.

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)