



Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET nr 6

LAMPY CZOŁOWE

L.p.	Parametry	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane	Zakres punktacji
I	II	III	IV	V
I. LAMPA CZOŁOWA NA PROFESJONALNYM CZEPCU NA GŁOWĘ – 2 sztuki				
1.	Nazwa urządzenia	Tak – podać		Bez punktacji
2.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
3.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
4.	Rok produkcji 2018. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
5.	Specyfikacja techniczna lampy czołowej: <ul style="list-style-type: none">Moc 5 WOświetlenie w odległości 250 mm \geq 75 000 luxówTemperatura koloru 6.000 °K. Światło białe, bezcieniowe.Waga lampy czołowej (bez opaski na głowę) 69 gRegulowane pole oświetlenia przy odległości pracy 420 mm: ok.20 mm do 90 mmTrwałość diody LED: 20.000 godzin pracy	Tak		Bez punktacji
6.	Cechy lampy: <ul style="list-style-type: none">możliwość regulacji średnicy i głębokości czepca oraz pełna regulacja kąta nachylenia światłaregulator jasności zamontowany z boku czepcaczas pracy: 5 - 6 godzin przy użyciu akumulatora i nieograniczony przy zasilaniu z siecikomplet z walizką do przechowywania i przenoszenia, z transformatorem gniazdkowymświatło lampy nie wpływa na czas utwardzania plomblampa czołowa może być również	Tak		Bez punktacji



	używana w trakcie ładowania <ul style="list-style-type: none">akumulator posiada wskaźnik poziomu naładowania bateriiprodukt jest kompatybilny z lupami tego samego producenta			
7.	Praca z akumulatorem kieszonkowym podłączonym za pomocą kabla do czepca.	Tak		Bez punktacji
II. LAMPA CZOŁOWA NA PROFESJONALNYM CZEPCU NA GŁOWĘ Z BATERIĄ BEZPRZEWODOWĄ – 1 sztuka				
45.	Nazwa urządzenia	Tak – podać		Bez punktacji
46.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
47.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
48.	Rok produkcji 2018. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
49.	Specyfikacja techniczna lampy czołowej: <ul style="list-style-type: none">Moc 5 WOświetlenie w odległości 250 mm \geq 75 000 luxówTemperatura koloru 6.000 °K. Światło białe, bezcieniowe.Waga lampy czołowej (bez opaski na głowę) 69 gRegulowane pole oświetlenia przy odległości pracy 420 mm: ok.20 mm do 90 mmTrwałość diody LED: 20.000 godzin pracy	Tak		Bez punktacji
50.	Cechy lampy: <ul style="list-style-type: none">możliwość regulacji średnicy i głębokości czepca oraz pełna regulacja kąta nachylenia światłaregulator jasności zamontowany z boku czepcaczas pracy: 5 - 6 godzin przy użyciu akumulatora i nieograniczony przy zasilaniu z siecikomplet z walizką do przechowywania i przenoszenia, z transformatorem gniazdkowymświatło lampy nie wpływa na czas utwardzania plomblampa czołowa może być również używana w trakcie ładowaniaakumulator posiada wskaźnik poziomu naładowania bateriiprodukt jest kompatybilny z lupami tego samego producenta	Tak		Bez punktacji
51.	Lampa czołowa z baterią umieszczoną bezpośrednio na czepcu.	Tak		Bez punktacji



III. POZOSTAŁE				
52.	Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. / Minimum 2 terminy szkoleń/	Tak		Bez punktacji
53.	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej.	Tak		Bez punktacji
IV. WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*				
54.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy	Tak - podać		Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA: Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt):

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin.

_____ dnia _____ r.

(Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)