



Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET nr 9

SSAK PRZENOŚNY AKUMULATOROWY – 3 sztuki

L.p.	Parametry	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane	Zakres punktacji
I	II	III	IV	V
I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa urządzenia	Tak – podać		Bez punktacji
2.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
3.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
4.	Rok produkcji 2017/2018. Wymagane jest zaferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
5.	Ssak transportowy przystosowany do pracy przerywanej (tryb pracy przez 20 min., następnie przerwa 30 min.)	Tak		Bez punktacji
6.	Napięcie 230V AC/50-60 Hz (12 V DC).	Tak		Bez punktacji
7.	Czas pracy baterii min. 3,5 h przy podciśnieniu – 75kPa.	Tak		Bez punktacji
8.	Ładowanie baterii od 0 do 100% max. 4 h	Tak – podać (ten parametr jest oceniany)		<u>Punktacja:</u> - czas ładowania poniżej 4 h – 6 pkt - czas ładowania 4 h – 0 pkt
9.	Maksymalna prędkość przepływu odsysanego płynu min. 19 l/min.	Tak		Bez punktacji
10.	Maksymalne regulowane podciśnienie min. 0-80 kPa z dokładnością min. $\pm 5\%$.	Tak		Bez punktacji
11.	Poziom hałasu max. 60dB.	Tak – podać (ten parametr jest oceniany)		<u>Punktacja:</u> - poziom hałasu poniżej 60dB – 6 pkt - poziom hałasu 60dB – 0 pkt
12.	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału.	Tak		Bez punktacji
13.	Wymiary:(szer.wys.gł.) max 310x240x190 cm z pojemnikiem 1L.	Tak – podać		Bez punktacji
14.	Waga max. 5 kg.	Tak – podać (ten parametr jest oceniany)		<u>Punktacja:</u> - waga poniżej 5 kg – 6 pkt - waga 5 kg – 0 pkt
15.	Ergonomiczny kształt obudowy z uchwytem do przenoszenia.	Tak		Bez punktacji



16.	Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe.	Tak		Bez punktacji
17.	Przystosowany do pracy z pojemnikami na wydzielinę od 0,5L do 1L wielo. i jednorazowymi z zastosowaniem wkładów workowych jednorazowych.	Tak		Bez punktacji
18.	Włącznik on/off ssaka podświetlony elektrycznie przy załączeniu.	Nie – nie jest to parametr wymagany, jest on oceniany, należy podać Tak lub Nie		<u>Punktacja:</u> - włącznik podświetlony – 6 pkt - włącznik niepodświetlony – 0 pkt
19.	Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/.	Tak		Bez punktacji
20.	Manometr ssaka opisany w podziałach w podziałach oznaczonych kolorami; mmHg, cmH ₂ O, bar, kPa.	Tak		Bez punktacji
21.	Zestaw drenów z filtrem antybakteryjnym oraz zaworem otwierającym/zamykającym ssanie.	Tak		Bez punktacji
22.	Długość drenu ssącego min. 1.5m.	Tak		Bez punktacji
23.	Ssak przygotowany do rozbudowy o podstawę jezdnią bez potrzeby wsparcia serwisu /przygotowane otwory u podstawy obudowy ssaka do przykręcenia wkrętami dedykowanej podstawy jezdnej/.	Nie – nie jest to parametr wymagany, jest on oceniany, należy podać Tak lub Nie		<u>Punktacja:</u> - możliwość rozbudowy o podstawę – 6 pkt - bez możliwości rozbudowy o podstawę – 0 pkt
II. WARUNKI SERWISU				
24.	Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych.	Tak – podać		Bez punktacji
III. WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*				
25.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy	Tak – podać		<u>Punktacja</u> – określona w SIWZ w Rozdziale XI

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „szytywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA: Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Telefony: centrala 61-848-10-11; sekretariat 61-841-74-70; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt):

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin w dni robocze. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji.

_____ dnia _____ r.

*(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)*