

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 4 Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów w myjce

I.p.	Nazwa asortymentu	opakowanie i jednostka miary	ilość	PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta	VAT%	Cena 1 op. netto	Cena 1 op. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Olympus Cleaner ETD Preparat do mycia endoskopów w myjniach ETD firmy Olympus. Musi posiadać pozytywną opinię firmy Olympus.	Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). <u>Jednostka miary:</u> <u>opakowanie zbiorcze</u>	8						
2	Olympus Disinfectant ETD Preparat do dezynfekcji endoskopów w myjniach ETD firmy Olympus. Na bazie aldehydu glutarowego, działający na B, Tbc, F, V w czasie 5 minut, stężeniu 1% i w temp. 60 0C. Preparat musi posiadać pozytywną opinię firmy Olympus.	Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). <u>Jednostka miary:</u> <u>opakowanie zbiorcze</u>	8						
<b>SUMA</b>									

**UWAGA!**

System automatycznego dozowania musi być zainstalowany przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku zmiany technologii i składu środków dezynfekcyjnych, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do:

- przepłukania systemów dozujących w myjkach
- przeprogramowania urządzeń na własny koszt
- przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego na jego życzenie
- dostarczenia instrukcji stanowiskowych do zaproponowanych przez wykonawcę środków.

Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami naprawy w przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis producenta myjki - dezynfektora, że przyczyną awarii urządzenia było zastosowanie zaoferowanych przez Wykonawcę środków. W takim przypadku naprawa myjki - dezynfektora odbędzie się na koszt Wykonawcy.

Koszt naprawy myjki –  
dezynfektora potrącony zostanie z  
należnego wynagrodzenia  
Wykonawcy. W przypadku awarii  
myjki – dezynfektora  
z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy, Wykonawca  
zobowiązany jest do zapewnienia  
ciągłości działalności statutowej  
Zamawiającego poprzez  
zapewnienie mycia i dezynfekcji  
sprzętu Zamawiającego na swój  
koszt i ryzyko przez Wykonawcę  
lub podmioty trzecie, w  
nieprzekraczalnym terminie do 5  
godzin lub do dnia  
i godziny wyznaczonej przez  
Zamawiającego (nie krótszej niż 5  
godzin) od momentu zgłoszenia  
(odbiór sprzętu, mycie i  
dezynfekcja, dostarczenie sprzętu  
wraz  
z dokumentacją potwierdzającą  
wykonanie powyższych  
czynności).

Zamawiający zgłasza konieczność  
wykonania mycia i dezynfekcji  
sprzętu z uwagi na awarię myjki –  
dezynfektora osobie  
odpowiedzialnej ze strony  
Wykonawcy, która zostanie  
wskazana Zamawiającemu po  
podpisaniu umowy wraz z  
numerami telefonu  
i innymi danymi do kontaktu.