

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 5 Preparaty myjące i dezynfekcyjne do myjni

I.p.	Nazwa asortymentu	opakowanie i jednostka miary	ilość	PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta	VAT%	Cena 1 op. netto	Cena 1 op. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej Olympus ETD PAA, o składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol; przeznaczony do mycia maszynowego w myjniach.	Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). <u>Jednostka miary:</u> <u>opakowanie zbiorcze.</u>	15						
2	Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej Olympus DET PAA, o składzie: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru; spektrum działania: B, F, Tbc, V; przeznaczony do dezynfekcji chemiczno - termicznej w myjniach.	Opakowanie zbiorcze 8,4 l (3 kanistry po 2,8 litra). <u>Jednostka miary:</u> <u>opakowanie zbiorcze.</u>	28						
3	Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego. Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). <u>Jednostka miary:</u> opakowanie zbiorcze.	Opakowanie zbiorcze 15 l (3 kanistry po 5 litrów). <u>Jednostka miary:</u> <u>opakowanie zbiorcze.</u>	15						
<b>SUMA</b>									

**UWAGA:** Wymagane jest, aby płyny były zgodne z zaleceniami obsługi myjni.