

**Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 12**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostkowa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Jednopacjentowy, sterylny czujnik do pomiaru saturacji w technologii Nellcor Oximax, kalibrowany cyfrowo i analogowo, o dokładności Losat umożliwiającej prowadzenie pacjentów w najniższych zakresach saturacji z wbudowanym układem pamięci cyfrowej, zgodny z urządzeniami oksymetrycznymi Nellcor. Nellcor Oximax dla pacjentów poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg. Wymagany prawidłowa identyfikacja nazwy handlowej czujnika przez monitory Oximax, oraz oświadczenia/certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzającego kompatybilność zaoferowanych czujników z Oximax. W celu potwierdzenia parametrów wymagane próbki w ilości 1 szt.			1000	szt.			
2	Czujnik jednorazowy, sterylny nie zawierający lateksy, bezklejowy, hipoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla wcześniaków poniżej 1,5 kg. Zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo, czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax. Wymagany oświadczenia/ certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzającego kompatybilność zaoferowanych czujników z Oximax. W celu potwierdzenia parametrów wymagane próbki w ilości 1 szt.			300	szt.			
<b>RAZEM</b>								

Zamawiający wymaga próbek dla wszystkich pozycji w ilości po 1 szt.