

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 17

L.p.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostko wa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Radioprzezierna elektroda do EKG, średnica 45 mm, podłoże piankowe, odporna na zamaczanie podczas mycia pacjenta, skuteczność przez 72h			3000	szt.			
2	Prześciówka do monitora EKG Philips, z okrągłym wejściem 12-pinowym			5	szt.			
3	Jednorazowe odporowadzenie do elektrod EKG, 5-żyłowe ze złączem umożliwiającym podłączenie elektrod bez ucisku, postać taśmy pozwalającej dostosować długość odprowadzeń do wielkości klatki piersiowej pacjenta, kompatybilny z radioprzezierną elektrodą do EKG, kompatybilne z przejściówką do monitora EKG Philips			100	szt.			
RAZEM								