

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 7

L.p.	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostkowa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru SpO2 (saturacji) dla noworodków kompatybilny z kardiomonitorem Philips MP30			1	szt.			
2	Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek" dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 1 (3,1-5,7 cm)			50	szt.			
3	Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek" dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 2 (4,3-8,0 cm)			50	szt.			
4	Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek" dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 3 (5,8-10,9 cm)			50	szt.			
5	Mankiet jednopacjentowy , jednowężykowy, niesterylny bez lateksu, łącznik typu "motylek" dla noworodków do mierzenia ciśnienia metodą nieinwazyjną w rozmiarach: nr 4 (7,1-13,1 cm)			20	szt.			
RAZEM								

Zamawiający wymaga próbek dla poz. od 2 do 5 w ilości po 1 szt.