



**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

SR/XV-270-27-SS/18

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

PYTANIE:

Pakiet 7

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 3-6 cm

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 4-8 cm

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 6-11 cm

Poz.5

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 7-13 cm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Pakiet 12

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy zamienników kalibrowanych analogowo, mikrobiologicznie czystych, dla pacjentów o wadze <3kg i >30kg, zapewniających dokładność pomiaru SpO2 ± 3 cyfry w zakresie 70% do 100% , odstępnie od wymogu wyświetlania nazwy handlowej, odstępnie od wymogu oświadczenia/certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax

Poz. 2

Prosimy o opuszczenie czujników bezklejowych, zapinanych na jeden pasek piankowy, kalibrowanych analogowo, mikrobiologicznie czystych, dla pacjentów o wadze <3kg i >30kg, zapewniających dokładność pomiaru SpO2 ± 3 cyfry w zakresie 70% do 100% , odstępnie od wymogu wyświetlania nazwy handlowej, odstępnie od wymogu oświadczenia/certyfikatu oryginalnego producenta technologii Oximax

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 15

Prosimy o dopuszczenie elektrod o powierzchni całkowitej 169cm² i czynnej 110cm² pakowanych po 5 szt.

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:



Pakiet 34

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie okularów w kształcie litery Y, wykonanych z oddychającego, elastycznego materiały, dostępnych w rozmiarach:

L 30-38 cm

M 24-33 cm

S 20-28 cm

Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE:

Pakiet 72

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 20-26 cm lub 21-27cm

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm lub 26-35.5cm

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 33-47 cm lub 35-45cm

Poz. 1, 2, 3

Prosimy o podanie, jakie złącze mają posiadać mankiety z poz. 1, 2, 3?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

Komplet do połączenia z przewodem odprowadzającym do pomiaru.

PYTANIE:

Czy w zadaniu 23 pozycja 1 i 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów polimerowych w opakowaniach całkowitych po 14 magazynków x 6 sztuk klipsów w magazynku, z zachowaniem całkowitej wymaganej ilości klipsów tj. 600 sztuk z każdej pozycji zadania?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

PAKIET NR 3

Czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w podpunkcie nr 10. Zamawiający w Siwz wymaga złożenie próbki (poz. 1,7, i 10 po 1 szt)

W opisie przedmiotu zamówienia zał. nr 2 pakiet nr 3 nie widnieją pozycja nr 10.

Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską, nie wymaga się próbki do poz. 10.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.



PYTANIE:

Celem usprawienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie może zagwarantować realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80%.

PYTANIE:

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmodyfikuje zapisów umowy we wskazanym zakresie.

PYTANIE:

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pojemniki o pojemności 520 ml?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 pojemniki o pojemności 1,2 l?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z



Wykonawcą zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 pojemniki o pojemności 2,3 l?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 pojemniki o pojemności 5,6 l?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Pakiet 47

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 pojemniki o pojemności 10,6 l?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga, aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej, jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia *„W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii”* wymaga się aby *„materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczonym w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany”*. Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje, iż: *„Pozostały po wykonaniu blozków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres, co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.”* Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwykłej etykiety papierowej z drukarki (takie pojemniki również



są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są **"procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytometrii przepływowej i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020"** w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie, iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej, jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie powodu, oraz określenie, czym kieruje się Zamawiający w stosowaniu produktów, które nie są dostosowane do specjalistycznego zastosowania, jakim jest diagnostyka materiału onkologicznego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Pakiet 47

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową o powierzchni ogólnej 215 cm², powierzchni czynnej 122 cm²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na 1167 opakowań?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 22, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści woreczek do moczu w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 31, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny, niejałowy, dostępny w rozmiarze L, w kolorze niebieskim, pozostałe parametry jak w SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.



PYTANIE:

Pakiet 31, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny, jałowy, z włókniny SMS z nieprzemakalnymi wstawkami z przodu i na rękawach, niebieski, pozostałe parametry jak w SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 31, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 31, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x180cm?

ODPOWIEDŹ:

Tak

PYTANIE:

Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków o długości 17,5 cm oraz szerokości 20 mm?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 37, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 152x90x150 z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 37, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x20?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 37 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23 lub 107x23 z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:



Pakiet 48 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła do sterylizacji tlenkiem etylenu?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 48 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę w kolorze granatowym?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 48 pozycja 5,6

Czy Zamawiający dopuści ubranie w kolorze niebieskim?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Pakiet 50 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 51 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 40x70cm?


ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 62, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek o poniższych właściwościach?



ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 62, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z możliwością opisanego na worku?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji, gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 59 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wskazanej pozycji i utworzenie odrębnego zadania? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ:

Nie.



PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 69 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 3

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 4 i 11

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 70 poz. 16

Czy Zamawiający ma na myśli test z przesuwalną substancją wskaźnikową o odczycie w dwóch niezależnych okienkach, co umożliwi łatwy i jednoznaczny odczyt skuteczności przeprowadzonego procesu?

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.



PYTANIE:

1. Pakiet 1, pozycja 2-6: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2-6 z pakietu 1 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
2. Pakiet 1, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla noworodków składający się z worka o pojemności 340 ml / 250 ml, obj. Oddechowa 150 ml, rezerwar tlenu i zawór bezpieczeństwa 40 cmH₂O, maska dla noworodka?
3. Pakiet 1, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści resuscytator składający się z worka o pojemności 680 ml, obj. Oddechowa 350 ml, rezerwar tlenu i zawór bezpieczeństwa 40 cmH₂O, maska rozmiar 1?
4. Pakiet 8, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zapakowany w opakowanie foliowe z pojemniczką na płyn w zestawie?
5. Pakiet 8, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 2 gąbki z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, płyn do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny, bez zawartości szkodliwych alkoholi, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Zestaw zapakowany w opakowanie foliowe z pojemniczką na płyn w zestawie?
6. Pakiet 8, pozycja 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych ściereczek nasączonych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny służących do antyseptyki skóry przed zabiegami operacyjnymi, skuteczne w zakresie zmniejszania częstości zakażeń szpitalnych, w składzie m.in. diglukonian chlorheksydyny, PPG-20 dimeticone, bez lateksu, nie wymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiar 33cm x 23cm, pakowane po 4 sztuki z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania opakowania, z przeliczeniem zamawianych ilości na 45 opakowań?
7. Pakiet 8, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego: Jednorazowe ręczniki do mycia, przeznaczone do nawilżenia/odbudowy i ochrony skóry pacjenta przed działaniem płynów w tym moczu i kału, zawierające w składzie 3 % dimetikon oraz m.in. wyciąg z aloesu, prowitaminę B5, Witaminę E, glicerynę, diglukonian chlorheksydyny, o pH 5,5, zawierające łagodne detergenty niewymagające spłukiwania, bez zawartości szkodliwych substancji i szkodliwych alkoholi działających drażniąco na skórę, o przyjemnym zapachu, który pozwala niwelować nieprzyjemne zapachy moczu/kału, wymiar myjki ok. 20cm x 20cm, wysoka gramatura, możliwość ogrzania przed użyciem w kuchence mikrofalowej. Wyrób medyczny klasy I, 1 op = 25 sztuk, z przeliczeniem ilości?
8. Pakiet 8, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego: Jednorazowe ręczniki do mycia, przeznaczone do nawilżenia/odbudowy i ochrony skóry pacjenta przed działaniem płynów w tym moczu i kału, zawierające w składzie 3 % dimetikon oraz m.in. wyciąg z aloesu, polysorbat 20, o pH 5,5, zawierające łagodne detergenty niewymagające spłukiwania, bez zawartości szkodliwych substancji i szkodliwych alkoholi działających drażniąco na skórę, o przyjemnym zapachu, który pozwala niwelować nieprzyjemne zapachy moczu/kału, wymiar myjki 22cm x 33 cm, wysoka gramatura, możliwość ogrzania przed użyciem w kuchence mikrofalowej. Wyrób medyczny klasy I, 1 op = 8 sztuk, z przeliczeniem ilości?
9. Pakiet 8, pozycja 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, dimetikonu, aloesu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 20 sek przy mocy 700W. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk?



10. Pakiet 21, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji o długości 700 mm?

11. Pakiet 56, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na materac w rozmiarze 210x90?

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Jak w SIWZ.
- Ad. 2. Jak w SIWZ.
- Ad. 3. Jak w SIWZ.
- Ad. 4. Jak w SIWZ.
- Ad. 5. Jak w SIWZ.
- Ad. 6. Jak w SIWZ.
- Ad. 7. Jak w SIWZ.
- Ad. 8. Jak w SIWZ.
- Ad. 9. Jak w SIWZ.
- Ad. 10. Jak w SIWZ.
- Ad. 11. Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 (Paski do glukometru Accu Check Activ) z pakietu nr 39 do osobnego pakietu?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

1. Pakiet 48, poz.1. Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
2. Pakiet 48, poz. 1, poz.3, Prosimy o wydzielenie poz.1 oraz poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
3. Pakiet 49, poz.1, Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?
4. Pakiet 49, poz.1, Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?
5. Pakiet 49, poz.1, Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?
6. Pakiet 49, poz.1, Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwi łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?
7. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?
8. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?
9. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?
10. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m²?



11. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?
12. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację - minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?
13. Pakiet 49, poz.1, Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
14. Pakiet 49, poz.1, Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?
15. Pakiet 49, poz.1, Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?
16. Pakiet 22, poz.3, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
17. Pakiet 22, poz.5, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
18. Pakiet 22, poz.11-12, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
19. Pakiet 31, poz. 1-2, Czy zamawiający dopuści maski wysokobarierowe, trójwarstwowe, pozostałe wymagania bez zmian?
20. Pakiet 31, poz. 1-2, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
21. Pakiet 31, poz.3-5, Prosimy o dopuszczenie czepków pakowanych w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
22. Pakiet 31, poz.3-5, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
23. Pakiet 31, poz.3, Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużonej części przedniej, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
24. Pakiet 31, poz.3, Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
25. Pakiet 31, poz.5, Czy zamawiający dopuści czepek z lamówką w kolorze zielonym?
26. Pakiet 31, poz.7, Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?
27. Pakiet 31, poz.7, Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 71 cm x 180 cm, wykonany z folii polietylenowej, w rozmiarze uniwersalnym?
28. Pakiet 31, poz.7, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
29. Pakiet 31, poz.6, Prosimy o wydzielenie poz.6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
30. Pakiet 33, poz.1, Czy zamawiający dopuści miskę z pulpy 4 litrową o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, prześlakalność (min) 4 godziny, temperatura odporności 50°C+3°C?



31. Pakiet 33, poz.1, Czy zamawiający dopuści miskę 3 litrową, o wymiarach +/- 5 mm (dł x szer x wys), zewn. średni – 300 mm, wewn. średni – 260 mm, wys. 92mm , max. pojemność: 3 l , odporność na przesiąkanie: 4h , temperatura odporności: 35 °C?
32. Pakiet 33, poz.2, Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm, odporność na przesiąkanie: 4h , temperatura odporności: 35 °C?
33. Pakiet 35, poz.1, Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm , , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim?
34. Pakiet 35, poz.1, Czy zamawiający wymaga opasek identyfikacyjnych które są wykonane z nietoksycznego materiału PCV, który nie zawiera 6P: DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP?
35. Pakiet 35, poz.1, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
36. Pakiet 58, poz.1, Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
37. Pakiet 62, poz.1,3, Prosimy o wydzielenie poz.1 i poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
38. Pakiet 62, poz.3, Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, możliwość stosowania do 7 dni oświadczone przez producenta?
39. Pakiet 62, poz.3, Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta o możliwości zastosowania worka do 7 dni i odstąpi od wymogu informacji nadrukowanej na opakowaniu?

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Tak.
- Ad. 2. Jak w SIWZ.
- Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 4. Dopuszcza.
- Ad. 5. Dopuszcza.
- Ad. 6. Dopuszcza.
- Ad. 7. Jak w SIWZ.
- Ad. 8. Dopuszcza.
- Ad. 9. Dopuszcza.
- Ad. 10. Dopuszcza.
- Ad. 11. Dopuszcza.
- Ad. 12. Jak w SIWZ.
- Ad. 13. Dopuszcza.
- Ad. 14. Dopuszcza.
- Ad. 15. Dopuszcza.
- Ad. 16. Tak.
- Ad. 17. Tak.
- Ad. 18. Tak.
- Ad. 19. Tak.
- Ad. 20. Tak.
- Ad. 21. Tak.
- Ad. 22. Tak.
- Ad. 23. Jak w SIWZ.
- Ad. 24. Jak w SIWZ.



- Ad. 25. Tak.
- Ad. 26. Jak w SIWZ.
- Ad. 27. Tak.
- Ad. 28. Jak w SIWZ.
- Ad. 29. Nie.
- Ad. 30. Jak w SIWZ.
- Ad. 31. Jak w SIWZ.
- Ad. 32. Jak w SIWZ.
- Ad. 33. Jak w SIWZ.
- Ad. 34. Dopuszcza.
- Ad. 35. Tak.
- Ad. 36. Tak.
- Ad. 37. Jak w SIWZ.
- Ad. 38. Jak w SIWZ.
- Ad. 39. Jak w SIWZ.

PYTANIE:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** zamówienia, liczoną za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,**
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości **brutto** niezrealizowanej umowy,
 - c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli podstawą wypowiedzenia jest rażące naruszenie postanowień umowy polegających np. na dostawie towaru niezgodnego z umową, a w szczególności innego niż ten jaki został opisany w ofercie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości **brutto** niezrealizowanej umowy,

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości **10%** wartości **brutto** umowy określonej w § 3 ust. 1.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy.

PYTANIE:

Pakiet 52 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnych rękawic o poniższych parametrach: rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kolor różowy, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, chlorowana oraz pokryta kolagenem i alantoiną, łatwe w nakładaniu nawet na wilgotną dłoń, rękawice przebadane na przenikanie min. 8 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną), wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, spełniający normy EN 455, EN 374- 1(z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3, EN 420, ASTM F 1671, AQL 1,0 (z informacją na opakowaniu), otwór dozujący umożliwiający higieniczny pobór rękawic. Rękawice w opakowaniu po 100 sztuk.



Pakiet 52 poz. 6-8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnych rękawic o poniższych parametrach: rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niejałowe w kolorze fioletowym, przedłużony mankiet min. 265 mm, zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, barierowe na przenikanie min. dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji szpitalnej izopropanolu i etanolu (potwierdzone raportem z badań producenta wykonanym w niezależnym laboratorium) oznakowanie CE, wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III, EN 455, EN 374 - 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3, EN 420, ASTM F 1671, AQL 1.0 (z informacją na opakowaniu), otwór dozujący umożliwiający higieniczny pobór rękawic. Rękawice w opakowaniu po 100 sztuk.

Pakiet 53 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o zawartości protein ≤ 17 ug/g, potwierdzone w raporcie z badań niezależnych, powierzchnia wewnętrzna teksturowana.

Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Pakiet Nr 8 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawy do toalety jamy ustnej - będące inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędące chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób medyczny klasy IIa?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

PYTANIE:

1. Pakiet Nr 8 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru w wyciskanej saszetce typu burst pouch, tak jak w obecnie stosowanych w Państwa placówce zestawach.

2. Pakiet Nr 8 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce typu burst pouch, tak jak w obecnie stosowanych zestawach w Państwa placówce.

3. Pakiet Nr 8 poz. 1, 2, 3:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał na myśli, aby każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalało na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, tak jak w obecnie z powodzeniem stosowanych zestawach w Państwa placówce?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Tak.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Tak.

PYTANIE:

1. Pakiet 52, pozycja 1-3



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

2. Pakiet 52, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 180 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

3. Pakiet 52, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL pakowanych po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

4. Pakiet 52, pozycja 6-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

5. Pakiet 52, pozycja 1-4 i 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL $\leq 1,5$ (informacja na opakowaniu).

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Jak w SIWZ.

Ad. 2. Jak w SIWZ.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Jak w SIWZ.

Ad. 5. Tak.

PYTANIE:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 8 poz. 1 -3

Prosimy o wydzielenie z pakietu 8 poz. 1-3 produktów do higieny jamy ustnej. Zgoda spowoduje, że więcej firm będzie mogło złożyć konkurencyjną ofertę.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 8 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierającego w jednym opakowaniu. W składzie szczoteczka z miękką atraumatyczną główką z funkcją odsysania do regulacji siły odsysania. Szczoteczka z jednolitego odlewu zapobiegająca przypadkowemu wypadaniu włosia. zestawie saszetka z Chlorhexydyną 0,12%, kubek/dozownik, gąbka.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 8 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu dwóch szczoteczek/ aplikatorów czyszcząco - odsysających do higieny jamy z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową/ silikonową główką z wbudowaną funkcją odsysania. Możliwość kontroli odsysania. Odsysanie całą powierzchnią główki. Pakowana pojedynczo. Mikrobiologicznie czysta.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy Pojedynczy zestaw szczoteczka z chlorcheksydyną oraz żelem myjącym. W składzie szczoteczka z miękką atraumatyczną główką z funkcją odsysania. Szczoteczka z jednolitego odlewu zapobiegająca przypadkowemu wypadaniu włosia. zestawie saszetka z Chlorhexydyną 0,12% i saszetka z żelem myjącym, kubek/dozownik oraz szczoteczka z miękką, atraumatyczną, elastyczną, gumową/ silikonową główką z wbudowaną funkcją odsysania. Możliwość kontroli odsysania. Odsysanie całą powierzchnią główki elastycznej. Pakowana pojedynczo. Zestaw mikrobiologicznie czysty.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 21

Prosimy o dopuszczenie jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, wygięta, 15 Ch/Fr, długość 700 mm, pakowana pojedynczo, sterylna.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 34



Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii renomowanej amerykańskiej firmy, jednorazowego użytku, czyste medycznie, wykonane z delikatnego materiału, zapinane na rzepy, z uchwytnymi na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów o wymiarach: 20-28, 24-33 i 30-38?

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Jak w SIWZ.
- Ad. 2. Jak w SIWZ.
- Ad. 3. Jak w SIWZ.
- Ad. 4. Jak w SIWZ.
- Ad. 5. Jak w SIWZ.
- Ad. 6. Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1 pkt a)

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, liczonego za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 2 – dotyczy §7 ust. 1 pkt b)

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

„(...)w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką po bezskutecznym upływie dodatkowego minimum 7-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania obowiązków umownych, ”

Pytanie 3 – dotyczy §7 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący:

„(...) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie usunie braków ilościowych lub wad jakościowych w ww. terminach rozpatrzenia reklamacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego minimum 7-dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego dla podjęcia wykonania obowiązków umownych. ”

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Nie.
- Ad. 2. Nie.
- Ad. 3. Nie.

PYTANIE:

1. Dotyczy Pakiet nr 48, poz. 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prześcieradła w rozmiarze 160cm x 210cm?
2. Dotyczy Pakiet nr 48, poz. 6, Czy Zamawiający ma na myśli ubranie chirurgiczne jednoczęściowe w postaci sukienki?
3. Dotyczy Pakiet nr 48, poz. 6, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania chirurgicznego damskiego w kolorze niebieskim?
4. Dotyczy Pakiet nr 48, poz. 7, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie majtek opatrunkowych w op. a' 2 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości? tj. 80 op. a' 2 szt.?
5. Dotyczy Pakiet nr 49, poz. 1, Czy Zamawiający ma na myśli podkład papierowy w rozmiarze 50cm x 50cm?
6. Dotyczy Pakiet nr 50, poz. 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prześcieradła papierowego laminowanego folią PE, ze wzmocnieniem w postaci niebieskich nitok, rozmiar 210cm x 80cm?
7. Dotyczy Pakiet nr 56, poz. 1, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ceny za opakowanie a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 110 op. a' 100 szt.?



8. Dotyczy Pakiet nr 56, poz. 5, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca foliowego z gumką na materac w rozmiarze 210cm x 90cm?
9. Dotyczy Pakiet nr 59, poz. 1 i 2, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu ze stawką VAT wynoszącą 23%?
10. Dotyczy Pakiet nr 65, poz. 1, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 165 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny. Port do irygacji umożliwiający również podawanie leków doodbytniczo. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. W zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.
11. Dotyczy Pakiet nr 65, poz. 2, Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu co umożliwi uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert.
12. Dotyczy Pakiet nr 65, poz. 3, Czy Zamawiający dopuści do przetargu worki wymienne kompatybilne z systemem z poz.1 do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1500ml, wyposażone w absorbent żelujący płynną zawartość worka, worki z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów, zabezpieczone przed balonowaniem. Opakowanie zbiorcze a'10.
13. Dotyczy Pakiet nr 73, poz. 1, Czy Zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem.

ODPOWIEDŹ:

- Ad. 1. Tak.
- Ad., 2. Tak.
- Ad. 3. Tak.
- Ad. 4. Tak.
- Ad. 5. Tak.
- Ad. 6. Jak w SIWZ.
- Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.
- Ad. 8. Jak w SIWZ.
- Ad. 9. Jak w SIWZ.
- Ad. 10. Jak w SIWZ.
- Ad. 11. Jak w SIWZ.
- Ad. 12. Jak w SIWZ.
- Ad. 13. Zamawiający dopuszcza.