

## Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 8

l.p.	Opis przedmiotu zamówienia	jednostka miary	ilość	Nazwa handlowa produktu/ Nazwa producenta/Nr katalogowy produktu	VAT%	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFIT. Zestaw musi być kompatybilny z workami Nutrison Advanced.	szt.	300						
2	Zgłębnik nosowo-żołądkowy, transparentny, przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwiającymi zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu. Zgłębnik posiadający właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu.	szt.	30						
<b>SUMA</b>									