



Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

PAKIET nr 8

KARDIOTOKOGRAF – 2 sztuki

L.p.	Parametry	Parametr wymagany (graniczny)	Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane	Zakres punktacji
I	II	III	IV	V
I. WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Nazwa urządzenia	Tak – podać		Bez punktacji
2.	Model/typ i numer katalogowy	Tak – podać		Bez punktacji
3.	Producent i kraj pochodzenia	Tak – podać		Bez punktacji
4.	Rok produkcji 2018. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).	Tak – podać		Bez punktacji
5.	Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm	Tak – podać		Bez punktacji
6.	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu	Tak		Bez punktacji
7.	Częstotliwość pracy $\leq 1,2$ MHz	Tak – podać		Bez punktacji
8.	Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm ²	Tak		Bez punktacji
9.	Znacznik zdarzeń	Tak		Bez punktacji
10.	Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika	Tak		Bez punktacji
11.	Automatyczne monitorowanie ruchów płodu	Tak		Bez punktacji
12.	Wbudowana drukarka termiczna	Tak		Bez punktacji
13.	Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min	Tak		Bez punktacji
14.	Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru	Tak		Bez punktacji
15.	Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG	Tak		Bez punktacji
16.	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco	Tak		Bez punktacji
17.	Wodoszczelność przetworników (głowic)	Tak		Bez punktacji
18.	Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu	Tak		Bez punktacji
19.	Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i	Tak		Bez punktacji



	urządzeń zewnętrznych)			
20.	Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako (potwierdzona oświadczeniem przez producenta systemu Monako)	Tak		Bez punktacji
21.	Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako	Tak		Bez punktacji
22.	Waga kardiografu z drukarką <4 kg	Tak – podać		Bez punktacji
23.	Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none">• przetwornik Toco (1 sztuka)• przetworniki Cardio (1 sztuka)• znacznik ruchów płodu dla pacjentki• wózek pod KTG	Tak		Bez punktacji
II. WARUNKI SERWISU				
24.	Min. 2 bezpłatne przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji potwierdzone wpisami do paszportów technicznych.	Tak		Bez punktacji
III. WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*				
25.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy	Tak - podać		Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA: Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt):

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub zbliżonych parametrach i funkcjonalności.

Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie trwania gwarancji.



_____ dnia _____ r.

*(Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)*