



Poznań, dnia 24.07.2018 r.

SR/XV-270-35(2)-EFK/18

wg rozdzielnika

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu;

SR/XV-270-35-EFK/18

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW PYTAŃ 1:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam. Publicznych (Dz. U. Poz 1579 z późn. zmianami) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie

**Dot. pakietu Nr 1, pkt. 12:** Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych poniżej 26 roku życia 10 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobistej pompy insulinowej posiadającej 2 bazy (A i B) o następującej dokładności programowania bazy:

0,02 – 1,00 j./g – z przyrostem 0,01 j./g

1,00 – 2,00 j./g – z przyrostem 0,02 j./g

2,00 – 15,00 j./g – z przyrostem 0,1 j./g

15,00 – 40,00 j./g – z przyrostem 0,5 j./g

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dot. pakietu Nr 2, pkt. 12:** Osobiste pompy insulinowe dla dorosłych poniżej 26 roku życia 20 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobistej pompy insulinowej posiadającej 2 bazy (A i B) o następującej dokładności programowania bazy:

0,02 – 1,00 j./g – z przyrostem 0,01 j./g

1,00 – 2,00 j./g – z przyrostem 0,02 j./g

2,00 – 15,00 j./g – z przyrostem 0,1 j./g

15,00 – 40,00 j./g – z przyrostem 0,5 j./g

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**ZESTAW PYTAŃ 2:**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę i zrezygnuje z zapisu w SIWZ „Wykonawca dostarczy 1 transponder na 10 pomp oraz 3 sensory na każde 5 pomp zintegrowanych z CGM.

**Zamówienie obejmuje dostawę 2 transponderów oraz 12 sensorów”**



# Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Informujemy, iż w dniu 31.01.2018 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 281) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych między innymi o produkty diabetologiczne takie jak: sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transponder/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei

lek. med. *Elżbieta Wrzesńska-Żak*

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-35(2)-EFK/18 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres [efilipiak@raszeja.poznan.pl](mailto:efilipiak@raszeja.poznan.pl) :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia .....  
liczba stron .....

Czytelny podpis i pieczęćka: .....

**Do wiadomości:** wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.