



## Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia

### PAKIET nr 2

#### PRZESUWADŁO DO IGIEŁ wg LICHTENBERGERA

| L.p.   | Parametry   | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane | Zakres punktacji                                   |
|--|---|-------------------------------|--|--|
| I  | II  | III                           | IV   | V  |
| <b>I. PRZESUWADŁO DO IGIEŁ wg LICHTENBERGERA – 1 sztuka</b>            |   |                               |  |  |
| 1.   | Nazwa urządzenia  | Tak – podać                   |  | Bez punktacji                                      |
| 2.   | Model/typ i numer katalogowy  | Tak – podać                   |  | Bez punktacji                                      |
| 3.   | Producent i kraj pochodzenia  | Tak – podać                   |  | Bez punktacji                                      |
| 4.   | Rok produkcji 2018. Wymagane jest zaoferowanie przesuwadła fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać                   |  | Bez punktacji                                      |
| <b>II. WYMOGI TECHNICZNE</b>   |   |                               |  |  |
| 5.   | Przesuwadło do igieł wg Lichtenbergera, łącznie z 20 igłami.  | Tak                           |  | Bez punktacji                                      |
| 6.   | Długość robocza 210 mm.   | Tak                           |  | Bez punktacji                                      |
| <b>III. WYMAGANY OKRES GWARANCJI DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*</b> |   |                               |  |  |
| 37.  | Okres gwarancji <b>min. 24 miesiące – maks. 36 miesięcy</b>   | Tak - podać                   |  | <b>Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XI</b> |

\* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztynnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 36 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta i przedstawiona do wzoru jako 36 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 36 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

**UWAGA:** Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 3 dni zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.



Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): .....

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 48 godzin.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ r.

\_\_\_\_\_  
*(Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy)*