



**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu do dializ pozaustrojowych.

SR/XV-270-43-SS/18

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu do dializ pozaustrojowych.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki:

o przekroju 12 Fr i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm

o przekroju 14 Fr i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji?

ODPOWIEDŹ:

Nie. Tylko cewniki silikonowe.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE:

Dotyczy załącznik nr 2 specyfikacja techniczna pozycja 14:

W związku z dostępnością bezwapniowego koncentratu kwaśnego do dializy jedynie w opakowaniach a 5 l. prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższego rozwiązania oraz informację, czy należy przeliczyć odpowiednio ilość oferowanych opakowań.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza, należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań.