

## Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1

| l.p.        | Opis przedmiotu zamówienia  | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa produktu/<br>Nazwa producenta/Nr katalogowy produktu | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
|-------------|---|-----------------|-------|---|------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1           | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z zaciskaczem i z osłonką na igłę. Przyrządy muszą być kompatybilne z kaniulami BD, charakteryzować się dobrym odpowietrznikiem powietrza, aby nie zasysał butelek, muszą posiadać dwuczęściową komorę kroplową z ostrym bolcem, z odpowietrznikiem, z zaciskiem ruchomym posiadającym dodatkowe miejsce na kolec komory kroplowej zabezpieczającym przed skałeczeniem. Bez ftalanów. | szt.            | 26000 |   |      |                        |                         |               |                |
| <b>SUMA</b> |   |                 |       |   |      |                        |                         |               |                |