



SR/XV-270-48(2)-EFK/18

Poznań, dnia 23.10.2018 r.

wg rozdzielnika

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę drobnego jałowego jednorazowego sprzętu medycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-48-EFK/18

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

**ZESTAW PYTAŃ 1:**

**Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z dwuczęściową komorą składającą się z komory kroplowej oraz 15 µm filtr płynu znajdującego się na końcu komory kroplowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w/w propozycję pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ.

**ZESTAW PYTAŃ 2:**

**Pakiet Nr 1 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z jednoczęściową elastyczną komorą kroplową z odpowietrzeniem, z zatyczką hydrofobową na końcu drenu, miejscem na podwieszenie kolca o długości 180 cm, dren wykonany z PCV bez DEHP.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-48(2)-EFK/18 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres [efilipiak@raszeja.poznan.pl](mailto:efilipiak@raszeja.poznan.pl) :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia .....  
liczba stron .....

Czytelny podpis i pieczęćka: .....

**Do wiadomości:** wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.