

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 10

L.p.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostko wa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Sterylna rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem laserów typu CO2, KTP, Ar+, Nd/YAG z oworem Murphy'ego z dwuwastwową ochronną korpusu rurki, z dwoma mankietami uszczelniającymi typu jeden w drugim z rozdzielonymi drenami do uszczelnienia mankietów z balonikami kontrolnymi w różnych kolorach odpowiadających kolorowi mankieta z koncówkami Luer/Luer-lock, z obrotowymi zaworkami z blokadą położenia	Rozmiar 5,0 mm			30	szt.			
2		Rozmiar 6,0 mm			20	szt.			
3		Rozmiar 7,0 mm			10	szt.			
4		Rozmiar 8,0 mm			10	szt.			
RAZEM									