



ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

SR/XV-270-3-SS/19

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

PYTANIE:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 16 przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia:

- częstotliwość własna przetwornika 1200 Hz
- błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5 %
- długość linii pojedynczej: 125 cm + 25 cm
- linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z otworami oraz zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego
- zestaw wyposażony w 2 koreczki na linię pomiarową
- zestaw wyposażony w 2 kraniki trójdrożne w tym jeden posiadający koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją podczas zerowania
- system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek lub ściśnięcie skrzydełek
- połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, pinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne)
- konstrukcja przewodu przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/ kabel sygnałowy/ monitor
- w zestawie kable interfejsowe do posiadanych monitorów, kompatybilne z HP, Philips
- prostoliniowy przepływ przez przetwornik

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Zamawiający zmienia część zamówienia jaką jest pakiet nr 42. Nowy pakiet nr 42 Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej. Wysokość wadium w tym pakiecie się nie zmienia.