

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna - Pakiet nr 3

L.p.	Przedmiot zamówienia	Rozmiar	Nazwa handlowa, kod, producent	Cena jednostko wa netto	Ilość	Jednostka	Wartość netto	Stawka VAT [%]	Wartość brutto
1	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym i otworem murphego, z oznaczeniem głębokości na rurce i rozmiarem rurki na łączniku 15 mm; wykonane z termoczułego PCV;	6,0			50	szt.			
2		6,5			50	szt.			
3		7,0			1400	szt.			
4		7,5			2000	szt.			
5		8,0			1700	szt.			
6		8,5			250	szt.			
7		9,0			50	szt.			
8		9,5			10	szt.			
9	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do mikrochirurgii krtani, o długości 368 mm, z oczkiem Murphy'ego do intubacji przez usta lub nos	4			10	szt.			
10		5			50	szt.			
11		6			80	szt.			
12	Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym do laryngektomii, o długości 358 mm, posiadające dwie wstępnie uformowane krzywizny, dla łatwiejszego umiejscowienia rurki	7			10	szt.			
13		8			20	szt.			
14	Rurka intubacyjna zbrojona, metalowa spirala wzmacniająca zatopiona w ścianie rurki, dwa oznaczenia głębokości nad mankietem, 15 mm łącznik	3,0			10	szt.			
15		3,5			10	szt.			
16		4,0			10	szt.			
17		4,5			10	szt.			
18		5,0			10	szt.			
19		5,5			10	szt.			
20		6,0			30	szt.			
21		6,5			20	szt.			
22		7,0			80	szt.			
23		7,5			70	szt.			
24		8,0			30	szt.			
25	Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2	6,0			10	szt.			

26	oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej (tuż nam mankiem). Rurka z mankiem stożkowym o potwierdzonej dokumentami producenta skuteczności w zmniejszaniu mikroaspiracji średnio o 90% w porównaniu z mankiem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym. Rozmiary 6.0 do 9.0 co 0.5	6,5			10	szt.			
27		7,0			20	szt.			
28		7,5			20	szt.			
29		8,0			20	szt.			
30		8,5			20	szt.			
31	Rurka ustno-gardłowa Gudela; jednorazowa; sterylna; pakowana pojedynczo; kodowana kolorystycznie	2/70 mm			10	szt.			
32		3/80 mm			650	szt.			
33		4/90 mm			800	szt.			
34		5/100 mm			250	szt.			
35	Rurka tracheotomijna z mankiem niskociśnieniowym; z ufixowanym na stałe przezroczystym uchwytem mocującym z naniesionym rozmiarem rurki; wyposażona w białą prowadnicę; dołączoną luzem taśmą mocującą; sterylna; pakowana pojedynczo	6,0			10	szt.			
36		7,0			20	szt.			
37		7,5			50	szt.			
38		8,0			60	szt.			
39		8,5			30	szt.			
40		9,0			40	szt.			
41		10,0			30	szt.			
42	Rurki tracheotomijne z odsysaniem podgłośniowym Ø 8,0	Ø 8,0			30	szt.			
43		Ø 9,0			10	szt.			
44		Ø 10,0			10	szt.			
45	Rurka intubacyjna sterylna bez mankieta z medycznego PCV, z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie z otworem Murphiego, min 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki.	2,0			30	szt.			
46		2,5			30	szt.			
47		3,0			20	szt.			
48		3,5			20	szt.			
49		4,0			20	szt.			
50		4,5			20	szt.			

51	Rurka intubacyjna stalowa z podwójnym mankietem do wentylacji podczas zabiegów na tchawicy i krtani z wykorzyst. lasera CO2 i KTP. Odporna na wiązkę laserową, niepalna, giętka, stalowa, powodujące odbicie i rozogniskowanie wiązki laserowej w . Posiadająca nieprzepuszczalną spiralę stalową zapobiegającą powstawaniu na całej długości rurki oraz złącze 15 mm zamontowane na stałe dla zmniejszenia ryzyka przypadkowego rozłączenia obwodu oddechowego, dwa mankiety o dużej średnicy, każdy z osobną linią napełniania.	5,0/7,5			30	szt.			
52	Jasno opisane baloniki pilotowe z automatycznymi zaworami - bliższym i dalszym. Okienko Murphy'ego w miękkim, atraumatycznym zakończeniu rurki zapewniającym dodatkowe zabezpieczenie	5,5/7,9			20	szt.			
53		6,0/8,5			50	szt.			
54	Zamknięty system do odsysania dróg oddechowych u dorosłych, do rurek intubacyjnych długość cewnika min 58 cm, rozmiary: 10CH, 12CH, 14CH, 16CH i tracheostomijnych długość cewnika min 36 cm, rozmiary: 14CH, 16CH - sterylne, pakowany w jednym integralnym opakowaniu wraz z przestrzenią martwą.	Nr 14			10	szt.			
55	Uniwersalny łącznik stożkowy, złącze standardowe do obwodów oddechowych, obrotowa, łatwa do demontażu dzięki pierścieniowi rozłączającemu system do odsysania z łącznikiem rurki, zastawka zapewniająca odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiająca, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas	Nr 16			40	szt.			
56		Nr 14			40	szt.			

57	bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny - okres użytkowania min 72h. Zestaw nie zawiera ftalanów di(2-etyloheksylu), często określanych skrótem DEHP.	Nr 16			20	szt.			
58	Obwody oddechowe, jednorazowe do respiratorów ze skapłaczem ---- TOKSYKOLOGIA				50	szt.			
59	Obwody oddechowe, jednorazowe do respiratorów z możliwością rozłączenia Y-i rury				250	szt.			
60	Zatyczka do obwodów oddechowych do respiratora				280	szt.			
61	Obwody oddechowe, jednorazowe do aparatów do znieczuleń				650	szt.			
62	Filtry antybakteryjne, antywirusowe, mechaniczne, z wyodrębnioną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, opakowanie folia- papier skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999% skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,764%				1000	szt.			
63	Filtry antybakteryjne, antywirusowe, elektrostatyczne, bez wymiennika ciepła i wilgoci, z portem kapno, pakowane pojedynczo, sterylne				10000	szt.			
64	Wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) do rurek tracheostomijnych, sterylne opakowanie folia-papier przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml				100	szt.			
65	Kominek (kolanko, łącznik) obrotowy				1250	szt.			
66	Przedłużacz rozciągalny do rurki intubacyjnej				1600	szt.			

67	System zamknięty do odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych w rozmiarach CH-05-08, wyposażony w : podwójnie obrotowy łącznik, zastawka kontroli ssania, nietraumatyzujący cewnik o zmiennej sztywności (twarda część dystalna, miękka końcówka) z skalą głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku. Czas użytkowania systemu- wymagane minimum 48godzin.Port do płukania zestawu oraz podania wlewki do oskrzeli, obrotowa zastawka dostępu cewnika do pacjenta/lub automatyczna. W zestawie min. 2 łączniki Y pasujące do różnych rozmiarów rurek.			10	szt.			
68	Opaska mocująca do rurek intubacyjnych			500	szt.			
69	Opaska mocująca do rurek tracheostomijnych			200	szt.			
70	Obwody oddechowe dla dorosłych z PCV 200 cm, ramie dodatkowe 200 cm z bezlateksowym workiem oddechowym 2l łącznik prosty 22M-22M/19F gładkim świetle uźebrowany od zewnątrz, z trójnikiem obrotowym do stosowania u wielu pacjentów, mikrobiologicznie czysty, do aparatów do znieczuleń			100	szt.			
71	Zestaw tlenowo nosowy (wąsy)			10 500,00	szt.			
72	Zestaw tlenowy z maską i węzem dla dorosłych 210 cm			1 700,00	szt.			
73	Zestaw do nebulizacji			300,00	szt.			
74	Zestwa nebulizatora z maską i przewodem tlenowym dla dzieci			100,00	szt.			
75	Dren do maski tlenowej 2,1 m			1000	szt.			
76	Maska tlenowa z rezerwuaem tlenu			500	szt.			
77	Zestwa do nebulizacji dla dorosłych do włączenia w sterylne obwód oddechowy. W zestawie: cylindryczny nebulizator o konstrukcji antyprzelewowej skalowany co 5 ml odłączalny trójnik o złączach 22F, 22M/15F odporny na zgniatanie przewód tlenowy długości 200 cm zaopatrzony w miękkie złącza, ściśle dopasowany do przyłączy reduktorów tlenowych, sterylne.			80	szt.			

78	Złączka sterylna, dwukierunkowy układ ssania pozwalający na podłączenie do jednego źródła próżni, dwóch układów do ssania. Układ składa się z łącznika stożkowego, podłączonyego do elementu w kształcie litery Y, gdzie jedno z dwóch złączy pacjenta jest wyposażone w zawór sterujący ssaniem. Zawór sterujący ssaniem jest dostarczany w komplecie z haczykiem, który służy jako zabezpieczenie podczas użycia.			80	szt.			
RAZEM								