

Poznań, dnia 22.02.2019 r.

SR/XV-270-8(3)-EFK/19

wg rozdzielnika

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania złożone do przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu do terapii żywieniowej oraz preparatów do terapii żywieniowej do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-8-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pakiet nr 1

1. **Poz. 3** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający omyłkowo nie wpisał rodzaju konektora „luer-lock” zamiast „ENFit” przeznaczonego do żywienia enteralnego?
Produkty przeznaczone do żywienia enteralnego przez wszystkich wiodących producentów są z zakończeniem typu ENFit, które spełnia aktualne międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa zdefiniowane przez komisję ISO ujęte w normach ISO80369-1 oraz ISO 80369-3. Powyższy standard określa wymogi dla złączy z otworami o małej średnicy dla płynów i gazów w celu uniemożliwienia podłączenia niepowiązanych systemów. Natomiast z naszej wiedzy wynika, że strzykawki oraz koreczki przeznaczone do żywienia enteralnego są wykonane zgodnie z powyższym standardem, który jest ogólnie dostępny i nie stanowi parametru blokującego.

Odpowiedź: W pakiecie 1 pozycji nr 3 Zamawiający omyłkowo wpisał rodzaj konektora „luer-lock” zamiast „ENFit” przeznaczonego do żywienia enteralnego.

2. **Poz. 4 – 7** Czy Zamawiający dopuści cewniki enteralne sterylne, do użycia maksymalnie do 48h, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ? Wymóg użycia maksymalnego jest wymogiem czysto teoretycznym i blokującym, ponieważ cewniki do karmienia enteralnego u dzieci są w praktyce wymieniane bardzo często, o wiele częściej niż 24 godziny, nie wspominając o 48h lub 72h. Dopuszczenie powyższego cewnika nie odcina żadnemu wykonawcy możliwości złożenia oferty, a jedynie powoduje zwiększenie konkurencyjności ofert z korzyścią dla Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ 2:


1. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 6 Arginilan opakowanie zawiera 14 saszetek – ilość 20 szt.- prosimy o informację czy należy wycenić 20 op. po 14 szt. czy 20 szt. czyli 1,43 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli wycenę preparatu Arginilan 20 opakowań po 14 sztuk.

UWAGA: Zamawiający zmuszony został dokonać modyfikacji zapisów pakietu nr 1 (Sprzęt do żywienia enteralnego). Obowiązujący pakiet nr 1 w załączeniu do niniejszego pisma.

Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. *Elżbieta Wrzesińska-Żak*



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-8(3)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia
liczba stron

Czytelny podpis i pieczętka:

Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Sprzęt do żywienia enteralnego

I.p.	Nazwa handlowa asortymentu	Rozmiar	Jednostka miary	ilość	Nazwa handlowa produktu i Nazwa producenta, Rodzaj opakowania	VAT%	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Strzykawką do żywienia enteralnego zakończona centrycznie z końcówką doustno-dojelitową, NUTRISAFE, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego (poz 4, 5, 6) i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 7, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo.	Pojemność 5 ml, skala co 0,2 ml	szt.	1700						
2	Żywienia enteralnego (poz 4, 5, 6) i koreczkami do żywienia enteralnego z poz. 7, kolor tłoka fioletowy i napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo.	Pojemność 20 ml, skala co 1 ml	szt.	450						
3	Strzykawką do żywienia enteralnego zakończona niecentrycznie z końcówką doustno-dojelitową ENFIT. Fioletowy kolor tłoka, napis "enteral", sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo.	Pojemność 60 ml, skala co 1 ml	szt.	150						
4	Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, długość min. 90 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5cm do co najmniej 25cm, z podziałką co 1cm, z opisem liczbowym.	F4	szt.	50						
5	Kończówka proksymalna cewnika zaobloną, z otworami bocznymi, naprzemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia co najmniej przez 72h. Opakowanie typu papier folia. Pakowane pojedynczo.	F5	szt.	100						
6		F6	szt.	200						
7		F8	szt.	100						

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 1 Sprzęt do żywienia enteralnego

8	Koreczek NUTRISAFE, do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny z wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, kolor fioletowy, pakowany pojedynczo.	szt.	200						
SUMA									

UWAGA: Wymagane próbki po 1 szt. do każdej pozycji.

