



Poznań, dnia 01.03.2019 r.

SR/XV-270-9(2)-EFK/19

wg rozdzielnika

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu;

SR/XV-270-9-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

## ZESTAW PYTAŃ 1:

### Dotyczy Pakietu nr 3, zał. 1:

Ad. pkt 21 - Czy Zamawiający dopuści informację dźwiękową i wyświetlaną na ekranie pompy o zużyciu baterii wyświetlaną co najmniej 2 doby przed wyczerpaniem baterii?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Ad. pkt 25 - Czy Zamawiający dopuści menu pompy w postaci czytelnych ikon opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-9(2)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres [efilipiak@raszeja.poznan.pl](mailto:efilipiak@raszeja.poznan.pl) :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia .....  
liczba stron .....

Czytelny podpis i pieczęćka: .....

**Do wiadomości:** wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.