



Poznań, dnia 04.03.2019 r.

SR/XV-270-9(3)-EFK/19

wg rozdzielnika

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania przetargowe złożone do przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę osobistych pomp insulinowych do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu;

SR/XV-270-9-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Dotyczy pakietów 2 i 4

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę i zrezygnuje z zapisu w SIWZ :

Pakiet 2:

„Punkt 1.

**Wykonawca dostarczy 1 transponder na 5 pomp oraz 2 sensory na każde 5 pomp.
Zamówienie obejmuje dostawę 6 transponderów oraz 12 sensorów.”**

Pakiet 4:

„Punkt 1.

**Wykonawca dostarczy 1 transponder na 5 pomp oraz 2 sensory na każde 5 pomp.
Zamówienie obejmuje dostawę 4 transponderów oraz 8 sensorów.”**

Informujemy, iż w dniu 31.01.2018 w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r poz. 281) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie rozszerza wykaz wyrobów medycznych między innymi o produkty diabetologiczne takie jak: sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transponder/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu:

„Programowanie bolusa: (złożony /podwójny/wielofalowy). Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus”
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z powyższym punktem SIWZ, Zamawiający oczekuje, aby minimalna dawka do zaprogramowania bolusa złożonego (suma części prostej i przedłużonej) wynosiła nie więcej niż 0,1j/bolus. Oznacza to, że użytkownik ma możliwość zaprogramowania bolusa złożonego o wartości 0,1j/bolus lub mniej np. 0,05j/bolus.

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający rozumie przez „dokładność nie mniejszą niż 0,1j/bolus”, aby precyzja programowania przyrostu bolusa (wzrost o wielkość dawki) w pełnym zakresie wielkości bolusa wynosiła kolejno 0,1j/bolus, 0,2j/bolus, 0,3j/bolus, 0,4j/bolus...

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



3. Dotyczy Pakietu 2 i 4

36. „*Ciągłe monitorowanie glikemii - system zintegrowany z urządzeniem do podawania insuliny*”.

36. „*System zintegrowany z urządzeniem do podawania insuliny. Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii*”.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający przez zapis: „Ciągłe monitorowanie glikemii - system zintegrowany z urządzeniem do podawania insuliny” oraz „System zintegrowany z urządzeniem do podawania insuliny. Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glikemii” rozumie, że przedmiotem zamówienia jest system zintegrowany do podawania insuliny czyli pompa insulinowa z wbudowanym wewnątrz systemem CGM lub pompa insulinowa z dodatkowym, osobnym urządzeniem CGM, gdzie na każdą pompę zaoferowaną przez oferenta przypada jedno urządzenie CGM, w związku z czym ilość osobnych urządzeń CGM dostarczanych przez oferenta wraz z pompami, jest równa ilości pomp określonych w danym zadaniu. Brak takiego doprecyzowania, w naszym rozumieniu, może spowodować, że oferenci mogą dostarczyć pompy insulinowe bez wbudowanego systemu CGM oraz dowolnie uznaną przez siebie ilość osobnych urządzeń CGM, czyli np. jedno takie urządzenie na całe zadanie.

Odpowiedź:

Pakiet nr 2 – przedmiotem zamówienia jest pompa insulinowa z oddzielnym systemem CGM (w takim przypadku na jedną pompę musi przypadać jeden odbiornik) lub pompa insulinowa z wbudowanym wewnątrz systemem CGM.

Pakiet nr 4 – przedmiotem zamówienia jest pompa insulinowa z wbudowanym wewnątrz systemem CGM.

Z poważaniem
DIREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesnińska-Żak

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-9(3)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia
liczba stron

Czytelny podpis i pieczęćka:

Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.