



ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu chirurgicznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

SR/XV-270-13-SS/19

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywną dostawę sprzętu chirurgicznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu:

Port w całości wykonany z tworzywa DELRIN® (żywica poliacetalowa)

- Średnica podstawy 32,0 mm
- Wysokość 13,5 mm
- Waga 7,2g
- Średnica komory 12,5 mm
- Objętość wewn. 0,6 ml
- Możliwość min 2000 nakłuć
- Z kompletnym zestawem wprowadzającym

Cewnik silikonowy 6,6 Fr, z otwartą końcówką, śr. wewn 1,0 mm, długość 76 cm prędkość przepływu > 500

Cewnik silikonowy 9,6 Fr z otwartą końcówką, śr. wewn 1,6 mm, długość 76 cm prędkość przepływu > 500

Cewnik silikonowy typu Groshong 8,0 Fr śr. wewn 1,5 mm, długość 50 cm prędkość przepływu > 1200

Cewnik Chronoflex 8,0 Fr (poliuretanowy) widoczny w RTG, śr. wewn 1,6 mm, długość 61 cm prędkość przepływu > 500

Lub

Port w całości wykonany z tytanu pokryty silikonem

- Średnica 31,7 mm
- Wysokość 14,5 mm
- Waga 15,4 g
- średnica komory 12,7 mm
- Obj. wewn. 0,6 ml
- Możliwość min. 2000 nakłuć
- Z kompletnym zestawem wprowadzającym

Cewnik silikonowy 6,6 Fr, z otwartą końcówką, śr. wewn 1,0 mm, długość 76 cm prędkość przepływu > 500

Cewnik silikonowy 9,6 Fr z otwartą końcówką, śr. wewn 1,6 mm, długość 76 cm prędkość przepływu > 500

Cewnik silikonowy typu Groshong 8,0 Fr śr. wewn 1,5 mm, długość 50 cm prędkość przepływu > 1200

W skład każdego zestawu wchodzi:



- Ø Port 1 szt.
- Ø Cewnik 1 szt.
- Ø Mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG 2 szt.
- Ø Introduktor do metody Seldingera rozrywalny z rozszerzadłem naczyniowym 1 szt.
- Ø Prowadnica „J” w ergonomicznej osłonce do metody Seldingera 1szt.
- Ø Tunelizator 1 szt.
- Ø Igła wprowadzająca 70mm do metody Seldingera 1 szt.
- Ø Tępa kaniula do płukania cewnika 1 szt.
- Ø Zestaw infuzyjny ze skrzydełkami do długotrwałych infuzji 1 szt.
- Ø Igła Hubera 2 szt.
- Ø Narzędzie hakowate do unoszenia naczynia 1 szt.
- Ø Strzykawka 1 szt.

Zestaw zapakowany na sterylnej wyprofilowanej tacy typ „Blister”.

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści: Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetyleny z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2 FR śr. zew. 2,40 mm i śr. wew. 1,20 mm , długość 60cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka?

lub

Port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszywania portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkluc, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta,



hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie portów nieznacznie różniących się następujący cechami od tych opisanych w siwz:

- port waga - 12,5 g, objętość komory 0,5 ml, komora w kształcie owalnym ułatwiająca przepływ i redukująca możliwość okluzji;
- cewnik silikonowy, średnica wewnętrzna- 1,4 mm, długość 500 mm;
- zestaw zawiera 1 strzykawkę 10 ml, 1 prostą igłę Hubera;

Pozostałe parametry bez zmian.

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.

PYTANIE:

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego zamówienia, liczonego za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ:

Jak w SIWZ.