



Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu;
SR/XV-270-20-EFK/19

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Pyt. 1

Do opisu w pozycji nr: 47, zał. nr 2 do SIWZ:

47.	Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min. kl III zgodnie z CanOpen 425
-----	--

Oraz do opisu w pozycji nr: 100, zał. nr 2 do SIWZ:


100.	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie III wg standardu CIA 425
------	---

Prosimy o dopuszczenie oferty na wstrzykiwacz bezwkładowy, cechujący się poniższymi parametrami, bez wymogu sprzężenia ze skanerem CT klasie III wg standardu CiA 425 uwzględniając przy tym fakt, że możliwa jest synchronizacja urządzeń zdefiniowana w pozycji nr 60, zał. nr 2 do SIWZ:

„Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonania wstrzyknięć testowych.”

- 3-kanałowy bezwkładowy iniektor do skanera CT.
- możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności zarówno przez min. 12 godzin jak i przez 24 godziny.
- możliwość stosowania opakowań wszystkich dostępnych jodowych środków kontrastowych.
- pobieranie środka kontrastowego bezpośrednio z oryginalnych butelek (zakres pojemności 50-500 ml).
- możliwość zaprogramowanie marki, stężenia i objętości środka kontrastowego.
- automatyczne przełączanie się kanałów dla takiego samego środka kontrastowego po całkowitym wykorzystaniu pierwszej z butelek.
- możliwość stosowania dwóch różnych środków kontrastowych – tryb ręczny wyboru kanału.
- możliwość mieszania środka kontrastowego w dowolnych proporcjach z solą fizjologiczną za pomocą funkcji Diluject.
- dwa identyczne panele sterujące wstrzykiwaczem: 1 przy iniektorze, 1 w pomieszczeniu obsługi.
- intuicyjny interfejs z funkcją pomocy głosowej i video w języku polskim.

Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie



kosztów codziennej eksploatacji. Mają na uwadze fakt, że na rynku dostępne są różne klasy sprzężenia poszczególnych modeli tomografów z różnymi modelami wstrzykiwaczy w klasie CAN 425 a nie jesteśmy w stanie jasno stwierdzić jaki model tomografu zostanie wyłoniony w drodze zamówienia publicznego wnosimy jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Pyt. 2, do opisu w pozycji nr: 100, zał. nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany wstrzykiwacz posiadał dedykowaną funkcję wyboru rozmiaru wkłucia, indywidualnie dla każdego pacjenta w celu określenia faktycznych przepływów podawanych środków kontrastujących i soli fizjologicznej?

Powyższa funkcjonalność zapewnia precyzyjne określenie prędkości przy zmieniających się parametrach fizyko-chemicznych zarówno dla różnych środków kontrastujących jak i dla różnych rozmiarów stosowanych dostępow żylnych (wenflonów). Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów minimalizując ryzyko potencjalnego wynaczynienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pyt. 3, do opisu w pozycji nr: 100, zał. nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w dwie identyczne konsole z możliwością wprowadzania wszystkich parametrów iniekcji zarówno w pokoju badań jak i w sterowni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-GA DYREKTORA
ds. FINANSOWYCH

mgr Mariola Chlebowska

Wyd. w 1 egz.
1/ s: rona internetowa
1/ a/a