

Poznań, dnia 03.10.2019 r.

SR/XV-270-33(2)-EFK/19

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-33-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytania dotyczące pakietu nr 2:

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę czołową LED bezprzewodową o regulacji skupienia wiązki światła nie bezpośrednio związanej z odległością roboczą, w zakresie 30-80mm przy odległości roboczej 420mm? Wymóg Zamawiającego uniemożliwia operatorowi lampy regulację wielkości plamki światła w wygodnej dla niego odległości roboczej. Nasza lampa daje możliwość regulacji wielkości plamki światła niezależnie od odległości do punktu pracy oraz regulację jasności świecenia w sposób płynny, który zapewnia użytkownikowi komfort w trakcie pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę czołową LED bezprzewodową o temperaturze barwowej 4500° K? Temperatura koloru światła o tej wartości czyni strumień światła bardziej naturalnym, w którym diagnostyka na podstawie koloru oglądanej tkanki nie będzie obciążona błędem. Światło o temp. barwowej 6000° K dostarcza strumienia świetlnego o barwie bardziej zbliżonej do białej, tzw. „trupiej”, co może obciążać błędem stawianą diagnozę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pyt.3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę czołową LED bezprzewodową o całkowitej wadze 460g na komfortowym czepcu z regulacją obwodu i głębokości osadzenia wyposażoną w baterię Li-Pol o czasie pracy przy maksymalnej jasności do 3,5 godz.? Nieco większy ciężar zestawu rekompensuje duża pojemność baterii, aż 1850 mAh, która zapewnia znacznie dłuższy czas pracy przy maks. jasności 65 000 Lux.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

UWAGA: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ, a mianowicie:

1. Zmianie ulega termin dostawy dla asortymentu opisanego w pakiecie nr 2. Termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 2 wynosi: **w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.**
2. Zmianie ulega również ilość asortymentu opisanego w pakiecie nr 5. Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje nowy obowiązujący pakiet nr 5.



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu w załączeniu przesyła treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu, która w dniu dzisiejszym została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczona stronie internetowej Zamawiającego www.raszeja.poznan.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzeńska-Zot

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-33(2)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia
liczba stron

Czytelny podpis i pieczętka:

Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.