

Poznań, dnia 07.10.2019 r.

SR/XV-270-33(3)-EFK/19

wg rozdzielnika

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu  
SR/XV-270-33-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

## ZESTAW PYTAŃ 1:

### **PAKIET nr 5 – zestaw narzędzi laryngologicznych**

Pytanie 1 – poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Elewator dwustronny z podziałką, typu Masing, zakończony z podziałką, długość 210mm, ostry/tępy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Kaniula ssąca giętka, długość 138 mm, średnica 2,5mm, lekko zakrzywiony?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – poz. 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści nożyczki nosowe o typu Grunwald-Henke o długości 110 mm i szerokości roboczej 8x3,5mm spełniające pozostałe wymagane w SIWZ parametry?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 – poz. 8, 9, 10, 18, 19

Czy Zamawiający dopuści kleszcze Blakesley o długości roboczej 11,5 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymagane w SIWZ parametry?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 - pozycja 25


Czy Zamawiający dopuści: Obrotowy nóż typu Ballenger kształt bagnetowy, długość 200 mm, rozmiar końcówki 3mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 – pozycja 26

Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu narzędzie należy zaoferować w tym punkcie, gdyż opis tej jest nie zrozumiały.

**Odpowiedź:** Raspator: szerokość 2 mm, długość 160 mm.



## ZESTAW PYTAŃ 2:

### **PAKIET nr 5 – zestaw narzędzi laryngologicznych**

Pytanie 4 – poz. 8, 9, 10, 18, 19

Czy Zamawiający dopuści kleszcze Blakesley o długości roboczej 15 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymagane w SIWZ parametry?

**Odповідź:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## ZESTAW PYTAŃ 3:

### **Dotyczy pakietu nr 2**

Prosimy o dopuszczenie:

Dla pozycji 1:

BEZPRZEWODOWEJ lampy LED najwyższej światowej jakości od lidera **ultralekkich rozwiązań czołowych/producenta z USA** o następujących parametrach:




- Temperatura barwy: 4500 ° K
- CRI – Color Rendering Index – 75
- **Żywotność źródła światła: > 50.000 godzin**
- Specjalnie zaprojektowany lekki czepek z podporą z tyłu czaszki „RCS” (Rear Cranial Support) zwiększająca komfort pracy
- **Możliwość regulacji plamki światła 20-110mm z odległości 40cm**
- **Waga czepka wraz z bateriami – 437grams**

Telefony: centrala 61-848-10-11; sekretariat 61-841-74-70; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



- Waga baterii – 106g
- Płynna regulacja intensywności natężenia światła na opasce czołowej : **0 - 30.000 lux z odległości 40cm, gdzie 30.000lux właśnie przy dystansie 40cm, co jest kluczowe dla oceny mocy lampy;**
- Widoczny wskaźnik naładowania baterii z boku czepek – łatwa wymiana baterii podczas zabiegu
- Żywotność baterii – 4h pracy przy maksymalnej intensywności światła – dwukrotnie większy czas żywotności przy 50% intensywności światła
- Czas pełnego ładowania baterii – 4-5h
- Gwarancja producenta – 2 lata na czepek i 1 rok na baterie

*W skład zestawu wchodzi:*

- Lampa LED z opaską czołową i specjalnie zaprojektowaną podporą z tyłu czaszki RCS
- Akumulator na baterie oraz tłumik – zamontowane na czepcu
- 2 baterie
- Jednostanowiskowa ładowarka
- Torba do przenoszenia z paskiem na ramię
- Jednorazowe joysticki do pozycjonowania źródła światła


**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dla pozycji 2:

Lampy czołowej – czepek najwyższej światowej jakości od lidera **ultralekkich rozwiązań czołowych/producenta z USA** o następujących parametrach:



- Ultralekki, komfortowy czepek ze wsparciem z tyłu czaszki dla zwiększenia komfortu użytkownika – możliwość regulacji za pomocą pokręteł
- Rodzaj złącza - Wolf, Olympus, Storz
- Wielkość plamki 20-110mm
- Waga czepek - 130 gramów



*Pozytywne odpowiedzi na pytania poszerzą grono oferentów co wpłynie na obniżenie ceny oferowanego produktu.*

*BARDZO CHĘTNIE ZAPREZENTUJEMY OFEROWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIE PRZED UDZIELENIEM ODPOWIEDZI.*

**Odповідź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **ZESTAW PYTAŃ 4:**

### **PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **Pytanie 1 – dotyczy pakietu 3**

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, z ekranem LCD, bez krzywej pletyzmograficznej za to z opcją FastSat, która umożliwia śledzenie w sposób ciągły nawet bardzo gwałtownych zmian w saturacji pacjenta, zasilany 4 bateriami AA, urządzenie o wymiarach 15,7cm x 7,6cm x 3,6cm, zakresem pomiaru saturacji 1-100%, zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm. Urządzenie pracujące w temperaturze -5°C do +40°C, przechowywane w temperaturze -40°C do +70°C, bez możliwości transmisji danych w trakcie pracy urządzenia poprzez port podczerwieni za to z możliwością podłączenia do drukarki łączaniem szeregowym?

**Odповідź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – PROJEKT UMOWY**

#### **Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1 pkt d)**

Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości sprzętu objętego naprawą za każdy dzień opóźnienia.

**Odповідź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-33(3)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres [efilipiak@raszeja.poznan.pl](mailto:efilipiak@raszeja.poznan.pl) :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia .....

liczba stron .....

Czytelny podpis i pieczęćka: .....

**Do wiadomości:** wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.