

SR/XV-270-33(4)-EFK/19

Poznań, dnia 08.10.2019 r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-33-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Dotyczy Pakietu nr 2:

1/ Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9. temperaturę barwową żarówki 5250K (zakres 4750-5750K) najbardziej zbliżona do naturalnego oświetlenia: światło słoneczne – 4800K?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2/ Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10. wagę lampy poniżej 400g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3/ Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12. akumulator montowany uchwytem do paska Operatora? Akumulator montowany na opasce swoją masą stwarza dyskomfort Operatorowi przy długim zabiegu operacyjnym.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach (długościach) niżej wyspecyfikowanych narzędzi, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 5- Zestaw narzędzi laryngologicznych

Poz.1) Elewator o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.2) Elewator o dł. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.4) Sonda o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.


Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.5) Nożyczki Gruenwald-Hajek o dł. trzpienia roboczego 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.6) Nożyczki Myles dł. trzpienia roboczego 120mm bez Luer-Lock, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.



Poz.7) Nożyczki Gruenwald o wym. części roboczej 3x7,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.8,10) Kleszcze o szer.3,6mm i dł. trzpienia roboczego 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.9) Kleszcze o szer.4,2mm i dł. trzpienia roboczego 120mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Poz.11,12) Kleszczyki bez Luer-Lock, pozostałe parametry bez zmian. lub kleszczyki z Luer-Lock obrotowe 360°, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.12) Kleszczyki o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.18) Kleszcze o szer.4,2mm i dł. trzpienia roboczego 120mm bez Luer-Lock, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.19) Kleszcze o szer.3,6mm i dł. trzpienia roboczego 120mm bez Luer-Lock, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.20) Elewator o szer. 5mm i dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.21) Łyżka o rozmiarze 40x92mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.22) Łyżka o rozmiarze 46x100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.25) Nóż o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.26) Trzymacz Lempert o szer.2mm i dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

lub

z uwagi na fakt, że pozycja jest możliwa do zrealizowania wyłącznie przez jednego dostawcę, zwracamy się z prośbą o wyłączenie jej z pakietu i utworzenie nowego odrębnego, co jednocześnie umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę dostawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.


Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Poz.27) Nóż o rozmiarze końcówki 2x3,5mm o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Poz.29) Rurka o średnicy 8Charr (2,7mm) , pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.



Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od momentu podpisania umowy, z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ 3:

Dotyczy: Pakiet nr 1

Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert – **z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego** - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaferowanie sprzętu o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną.

Sprzęt, który pragniemy Państwu zaferować jest fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny.

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elewatora dwustronnego z podziałką, typu Masing, zakończony z podziałką, długość 220mm, ostry/tępy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sondy dwustronnej zakończonej kulką, kulki o średnicy 1,2mm/2mm, długość 190 mm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kleszcze sitowe typu Blakesley-Wilde, rozmiar 1, , zagięte 45 stopni, długość 130 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 9

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kleszcze sitowe typu Blakesley-Wilde, rozmiar 2, , zagięte 45 stopni, długość 130 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 15

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rozwieracza ustnego typu Davis Mayer dla dorosłych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 5 pozycji 17

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Kleszczyki migdałkowe, zagięte, długość 190 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 5 pozycji 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Łyżki do rozwieracza typu Russel-Davis, z otworem na rurkę intubacyjną, w rozmiarze 42x98mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 5 pozycji 22

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Łyżki do rozwieracza typu Russel-Davis, z otworem na rurkę intubacyjną, w rozmiarze 42x98mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 5 pozycji 25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Obrotowego noża typu Ballenger kształt bagnetowy, długość 195 mm, rozmiar końcówki 3mm?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 5 pozycji 27

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noża taczowatego typu Plester, okrągło tnącego, rozmiar końcówki 2,5mmx 3,5mm, długość 160 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 28


Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kaniuli ssącej typu Fergusson, Fr. 6, średnica 2mm, długość 150 mm, z kontrolą ssania?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 5 pozycji nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Rurki ssącej typu Fergusson, Fr. 8, średnica 2,5mm, długość 150 mm, z kontrolą ssania?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-33(4)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia

liczba stron

Czytelny podpis i pieczęćka:

Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.