



Poznań, dnia 25.11.2019 r.

SR/XV-270-35(3)-EFK/19

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu (Poligraf) dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu SR/XV-270-35-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei informuje, iż w piśmie z dnia 22.11.2019 r. o sygnaturze SR/XV-270-35(2)-EFK/19 w odpowiedzi na pytanie nr 3 doszło do omyłki pisarskiej. Tym samym Zamawiający przekazuje poprawną odpowiedź na niniejsze zapytanie:

3. W specyfikacji technicznej zamówienia w punkcie 20 wymagają Państwo „zapisu rejestrowanych parametrów w pamięci wewnętrznej urządzenia”, natomiast w punkcie 34 piszą Państwo o „możliwości automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera”.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy wymagają Państwo by aparat posiadał wbudowaną pamięć wewnętrzną czy też kartę pamięci.

Odpowiedź: Wbudowana pamięć bez karty SD.

Jednocześnie Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi na kolejne złożone do niniejszego postępowania zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Proszę o wyjaśnienie czy chcą Państwo kartę pamięci czy pamięć wbudowaną ponieważ odpowiedzi z dnia 22.11.2019 nie wyjaśniają tej kwestii?

Odpowiedź: Wbudowana pamięć.

2. Czy waga aparatu ma nie przekroczyć 100 gram licząc z wymiennymi akumulatorami czy bez nich? Poprzednia odpowiedź z dnia 22.11.2019 o treści "Zgodnie z SIWZ" tego nie wyjaśnia.

Odpowiedź: Bez akumulatorów.

ZESTAW PYTAŃ 2:

1. Dotyczy pkt 33:
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu APAP w wyżej wymienionym przetargu, który rejestruje dane terapeutyczne (min. Ciśnienie terapeutyczne, przecieki powietrza, przepływ powietrza), co zapewni kompatybilność z oferowanym poligrafem?

Odpowiedź: Tak.



2. Dotyczy pkt 33:

Czy Zamawiający chce podłączyć urządzenie APAP do poligrafu bezprzewodowo, na przykład poprzez Bluetooth?

Odpowiedź: Nie.

3. Dotyczy pkt 34:

W Punkcie 34 Zamawiający wymaga możliwości automatycznego usuwania kopii badania z karty pamięci po zakończonym transferze danych do komputera, a jednocześnie odrzuca aparat posiadający kartę SD, w odpowiedzi na pytanie zadane przez wykonawców.

Czy zatem Zamawiający dopuści wykonawcę, który w punkcie 34, zaznaczy jako parametr oferowany „NIE”, gdyż oferowany aparat może posiadać wg wytycznych Zamawiającego tylko wbudowaną pamięć w aparacie?

Odpowiedź: Wbudowana pamięć bez karty SD.

Z poważaniem

DIREKTOR
Szpitala Miejskiego
Im. Franciszka Raszei
lek. med. Słaboszka Wrzesińska-Żak

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-35(3)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia

liczba stron

Czytelny podpis i pieczętka:

Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.