



Poznań, dnia 26.11.2019 r.

SR/XV-270-35(4)-EFK/19

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu (Poligraf) dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu SR/XV-270-35-EFK/19

Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei udzielił następujących odpowiedzi na złożone do niniejszego postępowania zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Dotyczy punktu 10. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat z rozwiązaniem równoważnym - nie metalowym wejściem typu luer-lock.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy punktu 11. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat z rozwiązaniem równoważnym – pasem piezoelektrycznym spełniającym wymagania SIWS. Nasze pasy piezoelektryczne mają akceptację i spełniają zalecana AASM oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy punktu 13. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat z rozwiązaniem równoważnym - dedykowanym akumulatorem wielokrotnego ładowania wbudowanym w urządzenie, co jest rozwiązaniem lepszym bo nie generuje dodatkowych kosztów i problemów z wymianą baterii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy punktu 24. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat z rozwiązaniem równoważnym - nasze urządzenie wymaga jedynie jednego kabla do zgrywania danych po badaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW PYTAŃ 2:

Dotyczy pkt 33

Czy Zamawiający dopuści poligraf, który połączy się z aparatem APAP przez Bluetooth? Połączenie poligrafu z aparatem APAP poprzez kabel, jest rozwiązaniem archaicznym, co powoduje nierzetelny pomiar.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Elżbieta Wrześnińska-Żak



Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-35(4)-EFK/19 na nr fax +48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl :

Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia
liczba stron

Czytelny podpis i pieczętka:

Do wiadomości: wszyscy zainteresowani niniejszym postępowaniem Wykonawcy.