



ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
SR/XV-270-11-SS/20

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych.

PYTANIE:

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bakteriobójczego opatrunku do mocowania cewników centralnych z klejem naniesionym w sposób wzorzysty? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku do mocowania kaniul z przezroczystym oknem w rozmiarze 4,1cm x3,6cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

1. dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 1 op. a`10szt. tj. 10 sztuk opatrunków.

2. dotyczy pakietu nr 6 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 1 op. a`10szt. tj. 10 sztuk opatrunków.

3. dotyczy pakietu nr 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`5szt. tj. 10 sztuk opatrunków.

4. dotyczy pakietu nr 6 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

5. dotyczy pakietu nr 6 poz. 5

W związku z wycofaniem opatrunku w rozmiarze 12x19 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 15x20. W przypadku zgody prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem na 4 op. a`5szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

6. dotyczy pakietu nr 6 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 1 op. a`10szt. tj. 10 sztuk opatrunków.

7. dotyczy pakietu nr 6 poz. 7



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

8. dotyczy pakietu nr 6 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

9. dotyczy pakietu nr 6 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 3 op. a`10szt. tj. 30 sztuk opatrunków.

10. dotyczy pakietu nr 6 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 6 op. a`10szt. tj. 60 sztuk opatrunków.

11. dotyczy pakietu nr 6 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem na 4 op. a`5szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

12. dotyczy pakietu nr 6 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

13. dotyczy pakietu nr 6 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

14. dotyczy pakietu nr 6 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 10 op. a`10szt. tj. 100 sztuk opatrunków.

15. dotyczy pakietu nr 6 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`5szt. tj. 10 sztuk opatrunków.

16. dotyczy pakietu nr 6 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

17. dotyczy pakietu nr 6 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10szt. z odpowiednim przeliczeniem na 2 op. a`10szt. tj. 20 sztuk opatrunków.

18. dotyczy pakietu nr 6 poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`5szt. z odpowiednim przeliczeniem na 4 op. a`5szt. tj. 20 sztuk opatrunków

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 7. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 10. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 11. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 13. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 14. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 15. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 16. Zamawiający dopuszcza.



Ad. 17. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 18. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Do Umowy

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmieni treść umowy do zaproponowanego wzoru.

PYTANIE:

Pakiet nr 15 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po żelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.


Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędną wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się



- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład



1—rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet nr 15 poz. 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji.

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w posługiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- sznureczek

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet nr 15 poz. 1, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tamponów w rozmiarze 8 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie tamponów.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet nr 15 poz. 2



Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tamponów w rozmiarze 5,5 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie tamponów.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet nr 15 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie tamponów w rozmiarze 10 x 2 x 1,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie tamponów.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet nr 15 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowania handlowego 10 sztuk z odpowiednim przeliczenie ilości opakowań.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

PYTANIE:

Pakiet nr 20

1. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
3. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE:

Pakiet nr 9 Pozycja 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu obłożeń do porodu naturalnego o składzie zgodnym z opisem jednakże posiadającym różnice:

1 x kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 16 cm

20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 8 warstw 50g/m²

Oraz dodatkowo w zestawie znajduje się:

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 16 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:



Pakiet nr 19 Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazika do dezynfekcji w rozmiarze 30 x 60 mm jednokrotnie złożonego 30 x 30 mm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ:

Nie.

PYTANIE:

1. **Pakiet 1, pozycja 13-15, 17, 30, 31, 32.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
2. **Pakiet 1, pozycja 16.** Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
3. **Pakiet 1, pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34x8cm, pakowany a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
4. **Pakiet 1, pozycja 17.** Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny bez folii stanowiącej część izolacyjną pomiędzy wkładem a bibułą?
5. **Pakiet 1, pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści serwety 8 warstwowe?
6. **Pakiet 1, pozycja 18.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm?
7. **Pakiet 1, pozycja 21.** Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 40g/m2?
8. **Pakiet 1, pozycja 21.** Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2?
9. **Pakiet 1, pozycja 28-29.** Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o rozciągliwości min. 150%?
10. **Pakiet 1, pozycja 30.** Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?
11. **Pakiet 1, pozycja 30.** Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z bibuły o gramaturze 18g/m2 i folii PE o grubości 0,015-0,017 mm ?
12. **Pakiet 1, pozycja 40.** Czy Zamawiający dopuści chustę bawełnianą 96x96x130cm?
13. **Pakiet 10, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,2cm z wkładem chłonnym 4,5x2cm?
14. **Pakiet 10, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 10x4cm?
15. **Pakiet 10, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 15x5cm?
16. **Pakiet 10, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 20x5cm?
17. **Pakiet 10, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym 30x5cm?
18. **Pakiet 10, pozycja 6.** Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek 15cm x 10m?
19. **Pakiet 10, pozycja 8.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
20. **Pakiet 12, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia przewodowego z samoprzylepnym otworem w części centralnej o wymiarach 10x15cm, rozmiar taśmy lepnej



- 10,5x22cm, W 4 rogach serwety taśma samoprzylepna w rozmiarze 5 x 5 cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95kPa, chłonność 350%.
21. **Pakiet 12, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści serwetę do znieczulenia przewodowego w rozmiarze 75 x 80 cm z samoprzylepnym otworem w części centralnej o wymiarach 6x15cm, rozmiar taśmy lepnej 10,5x22cm, W 4 rogach serwety taśma samoprzylepna w rozmiarze 5 x 5 cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95kPa, chłonność 350%.
22. **Pakiet 12, pozycja 3.** Czy Zamawiający dopuści serwetę o odporności na przenikanie cieczy 120cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/moko 110/100kPa, chłonność 600%.
23. **Pakiet 12, pozycja 4.** Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190cm. Odporność na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro 108/95kPa, chłonność 350%.
24. **Pakiet 12, pozycja 1-6.** Czy Zamawiający dopuści serwety z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych?
25. **Pakiet 12, pozycja 5-6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
26. **Pakiet 12, pozycja 5-6.** Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową (włóknina polipropylenowa 28g/m² – folia PE 25g/m² – polipropylen 22g/m²), o łącznej gramaturze 75g/m². Chłonność 350%.
27. **Pakiet 12, pozycja 5.** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm?
28. **Pakiet 12, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 33g/m²?
29. **Pakiet 12, pozycja 7.** Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o szerokości 58cm?
30. **Pakiet 12, pozycja 8.** Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach?
31. **Pakiet 12, pozycja 9.** Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim,warstwa wewnętrzna z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 110 x 120 cm?
32. **Pakiet 13.** Czy Zamawiający dopuści kompresy 8 warstwowe?
33. **Pakiet 13.** Czy Zamawiający dopuści kompresy 16 warstwowe?
34. **Pakiet 13.** Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
35. **Pakiet 14, pozycja 2-5.** Czy Zamawiający dopuści elastyczny rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?
36. **Pakiet 19.** Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 30x32,5mm (złożony) i 30x65mm (rozłożony)?
37. **Pakiet 22.** Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z mikroperforowanej folii polietylenowej w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm?
38. **Pakiet 23, pozycja 1.** Czy Zamawiający dopuści przyklepiec pakowany a'12szt z podaniem ceny za 1 sztukę?
39. **Pakiet 23, pozycja 2.** Czy Zamawiający dopuści przyklepiec pakowany a'24szt z podaniem ceny za 1 sztukę?



40. **Pakiet 23, pozycja 4.** Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

41. **Pakiet 24.** Czy Zamawiający dopuści ręcznik wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 45g/m² w rozmiarze 30x40cm?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Jaw w SIWZ.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 7. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 8. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 10. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 11. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 12. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 13. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 14. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 15. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 16. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 17. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 18. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 19. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 20. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 21. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 22. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 23. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 24. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 25. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 26. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 27. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 28. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 29. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 30. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 31. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 32. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 33. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 34. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 35. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 36. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 37. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 38. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 39. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 40. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 41. Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



PYTANIE:

1. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

2. Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o poniższym składzie:

6x kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm

4x kompres z gazy 17N 8W 5cm x 5cm

3x tupfer gazowy 20cm x 20cm

1x pęseta plastikowa 13cm

1x nerka z tworzywa

1x kubek plastikowy 150ml

Zestaw pakowany w rękaw folia-papier zgodnie z normą PN EN 868 3,5; posiadający zgrzew prosty, oraz piktogram o kierunku otwierania od strony folii ;na opakowaniach umieszczone etykiety typu TAG, minimalnie 2 etykiety wklejane do dokumentacji pacjenta; etykieta zawiera LOT lub serię, indeks identyfikacyjny , datę ważności, sterylności

3. Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw opatrunkowy jałowy o następującym składzie:

5 kompresów włókninowych 5 cm x 5 cm;

chwytak plastikowy 14cm typu Pean/Kocher

Pojemnik okrągły – miseczka 120ml

Zestaw pakowany w opakowanie typu folia-papier

4. Pakiet 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wklucia centralnego o następującym składzie:

- serweta 2-warstwowa 50cm x 70cm z warstwą celulozową – 1 szt

-serweta z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60/m², o chłonności minimalnej 570% o wymiarach 50/75 cm, z otworem nieprzylepnym o wymiarach 6 x 8 cm 1szt;

- pęseta plastikowa 13cm i igłotrzymacz Mayo-Hegar metalowy 15cm, 1 szt

- kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstw, 7,5/7,5 cm 10szt.

- tupfery kule 17 nitkowe 20/20mm 10szt.;

- strzykawka 10ml-1 szt.;

- strzykawka 20 ml--1szt.

- igła 1,2x40mm-1szt.;

- igła 0,8x40mm-1szt.

- ostrze nr 11 -1 szt.

5. Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wklucia przewodowego o poniższym składzie:

- serweta 2-warstwowa z warstwą celulozową 50cm x 70cm 1 szt

- serweta 2-warstwowa 50cm x 75cm z centralnym otworem o śr. 7cm 1 szt

- strzykawka 2 ml 1 szt.;

- strzykawka 5 ml 1 szt.;

- igła 1,2 x 40 mm 1 szt.;

- igła ,5 x 25 mm 1 szt.

- kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm 10 szt

- opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 1 szt

- penseta plastikowa 13 cm 1 szt.

- trójdzielna etykieta typu TAG składająca się z części nieusuwalnej, na której powinna znajdować się:

Telefony: centrala 61-848-10-11; sekretariat 61-841-74-70; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



nazwa wyrobu, skład zestawu, indeks wyrobu oraz 2naklejki, na których powinien znajdować się indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta (zgodne z normą PE EN 980; PN EN 1041),

- etykiety samoprzylepne muszą być umieszczone na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 1, poz.1-3. Czy zamawiający wydzieli poz.1-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 1, poz. 4. Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 1, poz. 10-12. Czy zamawiający dopuści kompresy 30 g/m², włókninowe?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 1, poz. 28-29. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 1, poz. 1-3,6-9,22-24, 28-29. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,6-9,22-24, 28-29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

Pakiet 14, poz. 2-5. Czy zamawiający wydzieli poz. 2-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.



PYTANIE:

Pakiet 14, poz. 2-5. Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

1. Pak. 18 poz. 4 – Prosimy o wyjaśnienie czy opatrunek ma być przylepny czy nieprzylepny?

2. Pak. 18 poz. 3 – Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu. Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Nieprzylepny.

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

1. **Pakiet 1:** Czy dla wszystkich produktów z gazy Zamawiający wymaga aby były zarejestrowane w klasie IIA reg. 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Pozwala to stosować te produkty w zabiegach inwazyjnych, tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Dla przykładu produkty klasy I w regule 4 mogą być stosowane tylko powierzchownie.

2. **Pakiet 2 poz. 1:** Czy Zamawiający wymaga nerki plastikowej?

3. **Pakiet 13:** Czy Zamawiający wymaga przewiązania nitką bawełnianą po 10 sztuk co ułatwia pracę na bloku i liczenie kompresów?

4. **Pakiet 13:** Czy Zamawiający wymaga aby kompresy były zarejestrowane w klasie IIA reg. 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Pozwala to stosować te produkty w zabiegach inwazyjnych, tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Dla przykładu produkty klasy I w regule 4 mogą być stosowane tylko powierzchownie

5. **Pakiet 13:** Czy Zamawiający nie dopuści raportów walidacji maszyn zamiast raportu walidacji procesów sterylizacji?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. W pakiecie nr 1 dla wszystkich produktów z gazy Zamawiający wymaga aby były zarejestrowane w klasie IIA reg. 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku.

Ad. 2. Zamawiający wymaga nerki plastikowej.

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 5. Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:**Dot .umowy:**

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Telefony: centrala 61-848-10-11; sekretariat 61-841-74-70; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777



2. Czy Zamawiający zgodzi się w w § 2, ust 3. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00?
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 punkt a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy kara umowna została zmniejszona do 10%?

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Zamawiający nie określa minimalnego zakresu zamówienia.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Nie.

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Nie.

PYTANIE:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a), d):

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 w wysokości **0,5 %** wartości **brutto niedostarczonej w terminie części** zamówienia, liczoną za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia;**
- d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy określonej w § 3 ust. 1.



2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 2 poprzez zmianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

ODPOWIEDŹ:

Nie.