



Poznań, dnia 27.03.2020 r.

SR/XV-270-12(8)-EFK/20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu celem realizacji zadania inwestycyjnego nr ZSS/P/057 pod nazwą: Szpital Miejski im. F. Raszei – Przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej
SR/XV-270-12-EFK/20

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 7

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW PYTAŃ 1:

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pytanie 1. Ad A,B

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności wysokiej klasy łóżka renomowanej firmy Hill-Rom, model HR900 oraz szafkę przyłózkową o poniższych parametrach

Parametry Łóżka:

Lp.	Opis
1.	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator
2.	Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215,8 cm
4.	Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 99,5cm
5.	Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej
6.	Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego
8.	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 39,7 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)
12.	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 76,8 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)



15.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym	
16.	Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego	
18.	Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20,3 cm (dla pojedynczych kółek 150 mm)	
21.	Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron	
22.	Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z tzw. inteligentnym autokonturem	
23.	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65°	
24.	Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem	
25.	Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-28°	
26.	Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -20°	
27.	Ruch wsteczny segmentu oparcia	
28.	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.	
29.	Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.	
30.	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (-17°) - (+17°)	
31.	Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku	
33.	Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku	



34.	Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości
35.	Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w bariery boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne
39.	4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm
42.	Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta
44.	Koło sterujące pod segmentem oparcia
46.	Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiającą natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barier
47.	Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem
49.	Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barier
50.	Konstrukcja barier bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiającą ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Bariery służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Bariery boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawiania lub transferu na krzesło
51.	Zewnętrzne wykończenie barier bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych
52.	Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barier
56.	Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki
	Łóżko wyposażone w obustronne wypełniacze barier umożliwiające ochronę pacjenta na całej długości leża
57.	Odbojniki w 4 narożnikach łóżka



58.	6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta
59.	4 gniazda na statywy infuzyjne
60.	Bezpieczne obciążenie robocze 220 kg
78.	Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego

Parametry Szafki:

1.	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV
2.	Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek
3.	Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 860 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm)
4.	Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową.
5.	Bezstopniowa regulacja blatu bocznego w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm). Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°
6.	Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu
7.	Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki. Konstrukcja blatu bocznego wykonana z metalowych kształowników.
8.	Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV
9.	Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV
10.	Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający
11.	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa
12.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem
13.	Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady
14.	Szuflada górna o wysokości min. 9 cm
15.	Przestrzeń dolna zamykana drzwiczkami o wysokości min. 40 cm



16.	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo
17.	Pomiędzy szufladą górną a skrzynią dolną szafka posiadająca wolną przestrzeń o wysokości min. 18 cm na podręczne przedmioty
18.	Szafka wyposażona w 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża
19.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji
20.	Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów
21.	Pozostałe wymagania
22.	Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2003 dla producenta –
23.	Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta –
24.	Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce –

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz wcześniej udzielonymi odpowiedziami.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a