

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia i sprzętu **CZEŚĆ II** celem realizacji zadania inwestycyjnego nr ZSS/P/057 pod nazwą: Szpital Miejski im. F. Raszei – Przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błęńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej  
SR/XV-270-13-EFK/20

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 5


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

### **ZESTAW PYTAŃ 1:**

#### **Pytanie nr 1**


#### **Dotyczy: PAKIET nr 3 WÓZEK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY ELEKTRYCZNY**

1. Czy zamawiający dopuści wózek transportowo-kąpielowy renomowanego producenta o równoważnych parametrach funkcjonalnych oraz jakościowych opisanych w załączonej karcie katalogowej?
2. Czy zamawiający dopuści konstrukcję patentową (widoczną w karcie katalogowej)?
3. Czy zamawiający dopuści cztery wytrzymałe koła z blokadą kierunkową?
4. Czy zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota na elastycznym przewodzie umożliwiającym regulację wysokości z każdego punktu dookoła stołu?
5. Czy zamawiający dopuści maksymalne obciążenie 175 kg, co jest parametrem lepszym?
6. Czy zamawiający dopuści maksymalny zewnętrzny wymiar leżyska 204,8 x 77 cm?
7. Czy zamawiający dopuści Zakres unoszenia: 59,6-105,5 cm?



## Lambda 175

Wózek kąpielowy



Lambda 175 jest to wózek kąpielowy zaprojektowany, by pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w czynnościach higienicznych bez narażania się na urazy kręgosłupa. Dzięki dużemu zakresowi podnoszenia (595 – 1055 mm) urządzenie przoduje w swojej klasie, ułatwiając kąpiel lub przebieranie pacjenta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pacjenta, boczne i końcowe poręczki posiadają możliwość blokowania w czterech różnych pozycjach. Po kąpeli woda jest odprowadzana drenami umieszczonymi w dnie leżyska, a 10° pochylenie łoża pozwala usunąć wodę, zwiększając wygodę suszenia pacjenta. Leże wyłożone jest gąbką i uzupełnione przez poduszkę, zapewniającą wygodę i komfort pacjenta.


Wózek posiada centralny hamulec oraz blokadę kierunkową. Krążki odbojowe zapobiegają uszkodzeniu podczas transportu. Urządzenie posiada elektryczną regulację wysokości, sterowaną za pomocą pilota. Siłownik wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa.

### Zalety:

- model przoduje w swojej klasie pod względem regulacji wysokości,
- wózek w bezpieczny sposób pochyla się o 10°, a osoba pozostaje w miejscu,
- drenaż w materacu ułatwiająca całkowite odprowadzenie nagromadzonej wody, która wypływa przez wbudowane drenaż i węży,
- łatwo łączące się kółka umożliwiają maksimum sterowności, a centralny system hamulców zapobiega tożeniu się wózka w trakcie użytkowania,
- przejrzyste wzornictwo, zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią do użytku w domu, szpitalu lub ośrodku opiekuńczym.


### Dane techniczne:

Zewnętrzny wymiar leżyska [cm]	204,8 x 77
Wewnętrzny wymiar leżyska [cm]	187 x 60
Zakres unoszenia [cm]	59,6 - 105,5
Pozycja anty-Trendelenburga [°]	10
Średnica kółek [cm]	15
Maksymalny udźwieg [kg]	175
Waga urządzenia [kg]	115
Regulacja wysokości	elektryczna
Rama	malowana proszkowo



### Akcesoria dodatkowe:

- materac do wanny LAMBDA,
- podparcie szyi do wanny LAMBDA.



### Odpowiedź:

Ad. 1. Patrz poniższe odpowiedzi.

Ad. 2. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 3. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 4. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 5. Tak.



Ad. 6. Zgodnie z SIWZ.

Ad. 7. Tak.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
Szpitala Miejskiego  
im. Franciszka Raszei  
lek. med. Ełżbieta Wrzesińska-Łak

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a

