



ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych
SR/XV-270-19-SS/20

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę materiałów opatrunkowych.

PYTANIE:

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku uciskowego sterylnego z częścią chłonną 18/20mm z opaska klejącą 38/72 mm

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE:

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku uciskowego sterylnego w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wyżej opisane rozwiązanie.

PYTANIE:

Pakiet nr 6 poz. 1-2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o długości 9,14m.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w jednostce miary powinno być sztuka czy opakowanie, ponieważ w opisie przedmiotu nie jest określona ilość sztuk w opakowaniu.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza opatrunek o długości 9,14m.

Ad. 2. W jednostce miary powinna być sztuka.

PYTANIE:

dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobrze-zagrozenia-epidemicznego>)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewidział możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

PYTANIE:



dotyczy Pakietu nr 2

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 2 – ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 2 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu. Skład minimalny:

a) serweta - ekran anestetyczny min 150/240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety - 1 szt.

b) serwety boczne min 75 x 90cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku - 2 szt.

c) serweta dolna **180/180** cm wykończona taśmą w środkowej części serwety: 1 szt.

d) pokrowiec na stolik Mayo 79x145cm z mocnej folii (grubość min 60 µm) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną pod narzędzia o wymiarach min 65/85 cm z **laminatu dwuwarstwowego PE+PP** -1 szt.

e) ściereczki chłonne 30,5x34 cm **2szt.**

f) taśmy włókninowe maksymalnie: 9/**50**cm - 1szt.

g) serweta owinięcie z folii PE nieprzemakalnej: 150/190cm + środkowa, włókninowa warstwa absorpcyjna: **75/190**cm jako np. przykrycie na stolik instrumentalny - 1 szt.

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego: **PE+PP o gramaturze 60g/m2**

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIE:

dotyczy pakietu 2 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści w Zestawie do małych zabiegów serwetkę z pkt 1 o wymiarach 45x75cm o takich samych parametrach, reszta zestawu bez zmian?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści w Zestawie do małych zabiegów serwetkę z pkt 1 o wymiarach 45x75cm o takich samych parametrach, reszta zestawu bez zmian.